



Informe Técnico de valoración de ofertas para el contrato de Suministro de un equipo para la digestión, destilación y titulación automática de Nitrógeno Amoniacal y Kjeldahl para aguas residuales y fangos para el Laboratorio de Control de Calidad Saneamiento de Arazuri. Expediente 2022/SCON-AIU/000038

Se analizan las dos ofertas presentadas correspondientes a las siguientes empresas

- SCHARLAB
- BUCHI IBÉRICA

1. CUALIFICACION OFERTAS PRESENTADAS

Se revisa y analiza la documentación de las ofertas presentadas por los licitadores. Asimismo, se hace una valoración técnica de cada una de las ofertas presentadas, en función de los criterios previstos en el pliego publicado, con la aceptación o no de la propuesta.

SCHARLAB

El licitante no ha presentado una oferta personalizada que permita comprobar adecuadamente el cumplimiento del condicionado técnico exigido en pliego. En su lugar ha presentado catálogos de los equipos disponibles, entre los que se encuentran los ofertados.

De la revisión de la documentación comercial presentada se verifica el incumplimiento de varias de las especificaciones técnicas solicitadas:

- El muestreador automático no cuenta con un mecanismo de transferencia de muestra, mediante sistema de sobrepresión de vapor y sin mecanismos de elevación, desde los tubos de muestra al tubo de destilación. Además, no existe compatibilidad entre las gradillas de digestión y el muestreador, requiriendo la manipulación de los tubos de muestra una vez digeridos para su introducción en el carrusel. El muestreador tampoco presenta posiciones extras que permita la introducción de nuevas muestras durante la secuencia de análisis. En el condicionado se exige una capacidad de 24 posiciones para ese menester.

El licitante queda pues **descartado** para continuar el procedimiento de licitación.



Mancomunidad
Comarca de Pamplona
Iruñerriko
Mankomunitatea

Servicios de la
Comarca de Pamplona s.a.
Iruñerriko
Zerbitzuak e.a.

Gral. Chinchilla, nº 7
31002
PAMPLONA-IRUÑA
mcp@mcp.es

C.I.F.: A 31 118441
Tel: 948 42 32 42
www.mcp.es

BUCHI IBÉRICA

El licitante ha presentado una oferta personalizada que permite comprobar su adecuación al condicionado técnico exigido en el pliego.

Pamplona, a 9 de septiembre de 2022.

EL JEFE CONTROL CALIDAD SANEAMIENTO,