

Expte. OB05/2023. CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL PARA EL HOSPITAL DE TUDELA.

**ACTA DE VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE ACLARACIÓN**

PRESIDENCIA:

- MAIDER ARIZ MONREAL

VOCALES:

- JOSÉ MANUEL ALVES FREIRE

- HELENA RABAL ETXEBERRIA

SECRETARÍA:

- SATURNINO SALGADO DOMÍNGUEZ

En Pamplona, a las 09:00 horas del 10/05/2023, se reúnen las personas que conforman la Mesa de Contratación, expresadas al margen, con el objeto de proceder a revisar la documentación presentada por la empresa licitadoras Cedyt Sistemas Diagnósticos, S.L. en relación con el requerimiento de aclaración de fecha 30 de marzo de 2023.

Tras la revisión de la documentación aportada por la empresa licitadora Cedyt Sistemas Diagnósticos, S.L., en la que la empresa declara que *“en la propuesta ofertada se ofrece un equipo que cuenta con columna estática y brazo telescópico para el soporte del tubo”* y que las características del equipo ofertado son *“Altura de la columna en posición transporte: 185,5 cm y Brazo telescópico en el soporte del tubo con rango de movimiento o extensión del brazo de 36 cm”*, la Mesa acuerda:

- Aprobar la documentación presentada por la empresa Cedyt Sistemas Diagnósticos, S.L. en respuesta al requerimiento de aclaración de fecha 30 de marzo de 2023 por cumplir con las “Características Mínimas” del Anexo XI del Pliego regulador de la presente licitación.

Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión.

Fdo.: EL SECRETARIO DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN

Fdo.: LA PRESIDENTA DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN