



**ACTA DE VALIDACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN, DE
EXCLUSIÓN DE OFERTA Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
“SUMINISTRO, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE
CROMATOGRFÍA IÓNICA PARA LA DETERMINACIÓN DE ANIONES EN AGUAS
RESIDUALES. EXPEDIENTE 2023/SCON-AIU/000020”**

Pamplona, a 23 de noviembre de 2023

Con fecha 4 de octubre de 2023, el Director de Control de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales de SCPSA, aprobó la licitación del contrato “Suministro, puesta en servicio y mantenimiento de un sistema de cromatografía iónica para la determinación de aniones en aguas residuales. Expediente 2023/SCON-AIU/000020”.

El valor estimado e importe de licitación del contrato asciende a 55.000,00 € IVA excluido. Este importe se desglosa de la siguiente manera:

- Importe suministro Cromatógrafo: 45.000,00 € IVA excluido.
- Importe mantenimiento preventivo 3 años: 10.000,00 € IVA excluido.

El anuncio de licitación fue publicado en el Portal de Contratación de Navarra finalizando el plazo de presentación de ofertas el 23 de octubre de 2023, a las 13:00 horas.

Presentaron oferta a la licitación las siguientes empresas:

- Aplitech Biolab Life Science Technologies S.L.
- Thermo Fisher Scientific SLU.

Reunida la Mesa de Contratación el 23 de octubre de 2023, previa la apertura y comprobación de la documentación contenida en el Sobre A-Documentación administrativa, se admitió a la licitación a las empresas Aplitech Biolab Life Science Technologies S.L. y Thermo Fisher Scientific SLU.

Posteriormente, en la misma fecha, se procedió a la apertura del sobre BC, que contiene tanto la proposición económica como la documentación técnica necesaria para comprobar el cumplimiento de las características exigidas. Las ofertas presentadas por las empresas fueron las siguientes:

CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE	APLITECH BIOLAB LIFE SCIENCE TECHNOLOGIES S.L.	THERMO FISHER SCIENTIFIC SLU
Suministro, instalación y puesta en servicio del equipo	38.995,00	43.430,39
Mantenimiento preventivo primera anualidad	1.650,00	3.329,05
Mantenimiento preventivo segunda anualidad	1.650,00	3.329,05
Mantenimiento preventivo tercera anualidad	1.650,00	3.329,05
IMPORTE TOTAL IVA EXCLUIDO	43.945,00	53.417,54

En la misma acta se acordó encomendar el análisis y el informe de valoración del sobre BC de las empresas admitidas a los miembros de la Mesa de Contratación que forman parte del Departamento que propone la presente licitación.

Así, con fecha 20 de noviembre de 2023, el Jefe de Control de Calidad de Saneamiento de SCPSA emite informe de valoración de la documentación técnica con el siguiente resultado:

- El licitante Aplitech Biolab Life Science Technologies S.L. debe quedar descartado para continuar en el procedimiento de licitación porque ha presentado una oferta que no permite comprobar adecuadamente el cumplimiento del condicionado técnico exigido en el pliego y tampoco la documentación aclaratoria presentada se considera suficiente para comprobar el cumplimiento de las prescripciones técnicas.
- El licitante Thermo Fisher Scientific SLU ha presentado aclaraciones a su oferta que permiten comprobar el cumplimiento del condicionado técnico.

A la vista de lo expuesto, SE ACUERDA

- 1- VALIDAR el Informe Técnico de valoración de las ofertas para el “Suministro, puesta en servicio y mantenimiento de un sistema de cromatografía iónica para la determinación de aniones en aguas residuales. Expediente 2023/SCON-AIU/000020”.
- 2- EXCLUIR de la licitación del contrato de “Suministro, puesta en servicio y mantenimiento de un sistema de cromatografía iónica para la determinación de aniones en aguas residuales. Expediente 2023/SCON-AIU/000020” a la empresa Aplitech Biolab Life Science Technologies S.L. por no aportar la documentación necesaria para poder comprobar el cumplimiento de las características exigidas en el pliego de prescripciones técnicas.
- 3- REQUERIR a la empresa Thermo Fisher Scientific SLU para que en el plazo de 7 días naturales desde la remisión de la presente notificación aporte la documentación exigida en el punto B.6 del pliego regulador del contrato.
- 4- PROPONER al Director de Control de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales de SCPSA la adjudicación del contrato de “Suministro, puesta en servicio y mantenimiento de un sistema de cromatografía iónica para la determinación de aniones en aguas residuales. Expediente 2023/SCON-AIU/000020” a la empresa Thermo Fisher Scientific SLU por un importe de 53.417,54 € IVA excluido y una baja del 2,88 % respecto al importe de licitación del contrato. Dicha propuesta queda condicionada a la presentación por la empresa Thermo Fisher Scientific SLU de la documentación exigida en el punto B.6 del pliego regulador del contrato.

5- NOTIFICAR el presente acuerdo a la empresa excluida indicándole que frente al presente acuerdo se podrán interponer las siguientes reclamaciones:

- En el plazo de diez días, desde el día siguiente a su notificación, ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, conforme al artículo 121 y siguientes de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos.
- En el plazo de un mes, desde el día siguiente a su notificación, ante el Presidente de la Mancomunidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley Foral de Contratos Públicos, cuando no se hubiera interpuesto la reclamación a que se refiere el artículo anterior, basado en el mismo motivo.
- En el plazo de dos meses, desde el día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona, recurso contencioso-administrativo.

Firmado electrónicamente por las siguientes personas:

Miguel Callejo García
Jefe de Control Saneamiento

Fermín Pérez de Ciriza Villacampa
Técnico de Asesoría Jurídica

Belén Pascual Morrás
Economista

Alfonso Inza Aldaz
Técnico de Compras