



Informe Técnico de valoración de ofertas para el contrato de Suministro, Puesta en servicio y Mantenimiento de un equipo de Cromatografía iónica para la determinación de aniones en aguas residuales. EXPEDIENTE 2023/SCON-AIU/000020

Se analizan las dos ofertas presentadas correspondientes a las siguientes empresas

- APLITECH BIOLAB LIFE SCIENCE TECHNOLOGIES
- THERMO FISCHER SCIENTIFIC

1. CUALIFICACION OFERTAS PRESENTADAS

Se revisa y analiza la documentación de las ofertas presentadas por los licitadores. Asimismo, se hace una valoración técnica de cada una de las ofertas y aclaraciones presentadas, en función de los criterios previstos en el pliego publicado, con la aceptación o no de la propuesta.

APLITECH BIOLAB LIFE SCIENCE TECHNOLOGIES

El licitante ha presentado una oferta que no permite comprobar adecuadamente el cumplimiento del condicionado técnico exigido en pliego. Se solicitaron las aclaraciones pertinentes relativas a la idoneidad del equipamiento ofertado para la aplicación requerida, considerándose igualmente insuficientes para comprobar el cumplimiento del condicionado técnico.

La revisión de la documentación aclaratoria presentada no consiste en notas técnicas de aplicación, sino en informes de análisis de patrones. No se indican parámetros de calidad de los ensayos para la aplicación particular en aguas residuales. Como mínimo ensayos de recuperación de adiciones, precisión y exactitud, teniendo en cuenta la influencia de la matriz señalada. Tampoco se detallan aspectos como la preparación de las muestras y las posibles interferencias.

El licitante queda pues **descartado** para continuar el procedimiento de licitación.



Mancomunidad
Comarca de Pamplona
Iruñerriko
Mankomunitatea

Servicios de la
Comarca de Pamplona s.a.
Iruñerriko
Zerbitzuak e.a.

Gral. Chinchilla, nº 7 C.I.F.: A 31 118441
31002 Tel: 948 42 32 42
PAMPLONA-IRUÑA www.mcp.es
mcp@mcp.es

THERMO FISCHER SCIENTIFIC

El licitante ha presentado una oferta que no permite comprobar adecuadamente el cumplimiento del condicionado técnico exigido en pliego. Se solicitaron las aclaraciones pertinentes relativas a la idoneidad del equipamiento ofertado para la aplicación requerida, considerándose suficientes para comprobar el cumplimiento del condicionado técnico.

Pamplona, en la fecha que figura en la banda de firma.

EL JEFE CONTROL CALIDAD SANEAMIENTO,
(documento firmado electrónicamente)