

Expte. OB32/2022. CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN ECÓGRAFO PORTATIL PARA LA UCI DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE TUDELA.

ACTA DE VALORACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ACLARACIÓN

PRESIDENCIA:

- MAIKA DE ANDRÉS VIERGE

VOCALES:

- SARA LIZARBE SANCHA

- JOSÉ MANUEL ALVES FREIRE

- HELENA RABAL ETXEBERRIA

SECRETARÍA:

- MIRIAM ORTUETA IZCO

En Pamplona, a las 10:00 horas del 10/03/2023, se reúnen las personas que conforman la Mesa de Contratación, expresadas al margen, con el objeto de proceder a requerir aclaración a las empresas Esaote España, S.A.U. y Proyectos Hospitalarios Internacional, S.A. por las ofertas presentadas en el Sobre B.

Tras la revisión de la documentación aportada por las empresas Esaote España, S.A.U. y Proyectos Hospitalarios Internacional, S.A. en el Sobre B, los técnicos dan cuenta a la Mesa de Contratación que, en relación con la oferta presentada por Esaote España, S.A.U., falta por aportar el certificado europeo de la sonda ofertada y que, en relación con la oferta presentada por Proyectos Hospitalarios Internacional, S.A., en el anexo resumen el modelo de sonda ofertada es el 15L4 pero en la documentación que aporta figura el modelo de sonda 15L4A.

En consecuencia, la Mesa, de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos, acuerda:

1º Requerir a la empresa Esaote España, S.A.U. para que en el plazo máximo de cinco días naturales incluya el certificado europeo de la sonda ofertada en el Sobre B.

2º Requerir a la empresa Proyectos Hospitalarios Internacional, S.A. para que en el plazo máximo de cinco días naturales aclare el modelo de sonda que oferta en el Sobre, si es el modelo 15L4 o el 15L4A.

Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión.

Fdo.: LA SECRETARIA DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN

ORTUETA
IZCO
MIRIAM -
.....Q

Fdo.: LA PRESIDENTA DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN

DE ANDRES
VIERGE MARIA
CARMEN -
15846536L

2023.03.13
22:55:38
+01'00'