

**Expte. OB32/2022. CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN ECÓGRAFO PORTÁTIL
PARA LA UCI DEL HRS DE TUDELA**

**ACTA DE ACEPTACIÓN DEL INFORME DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS
SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR, STS Y APERTURA DEL SOBRE C**

PRESIDENCIA:
- MAIKA DE ANDRÉS VIERGE

VOCALLES:
- JOSÉ MANUEL ALVES FREIRE
-SARA LIZARBE SANCHA

INTERVENTORA:
- HELENA RABAL ETXEBERRIA

SECRETARÍA:
-MIRIAM ORTUETA IZCO

En Pamplona, siendo las 09:30 horas del día 25/10/2023, se reúnen las personas que conforman la Mesa de Contratación, relacionadas al margen, con el objeto de proceder a la aprobación del informe de valoración de los criterios sometidos a juicio de valor elaborado por la sección de medicina intensiva del Hospital Reina Sofía de Tudela y de los requisitos STS elaborado por la DGTD.

Constituida la Mesa de Contratación, se procede al examen del informe anteriormente referenciado y, a la vista de su contenido, se acuerda:

1º Aprobar el informe de valoración de los criterios sometidos a juicio de valor, con fecha 23 de octubre de 2023, que se anexa a la presente acta, y otorgar en la valoración de los referidos criterios las puntuaciones siguientes:

VALORACIÓN SOBRE B						

CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	PUNTOS MÁXIMOS	FUJIFILM SONOSITE IBERICA, SLU	PHILIPS IBÉRICA, SAU	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U	SIEMENS HEALTHCARE S.L.U	ESAOTE ESPAÑA S.A.U.
Calidad de la imagen: nitidez, colores, definición, delimitaciones entre diferentes estructuras y tamaño de la imagen, para cada una de las sondas exigidas y calidad de las aplicaciones para los modos de exploración:						
- Sonda sectorial	10	6	10	8	7	6
- Sonda lineal	10	5	10	7	6	5
- Sonda convex	10	6	10	8	7	6
Facilidad de desplazamiento (fuerza necesaria para realizar un desplazamiento, asas, sistema de agarre, ruedas, frenos, presencia de elementos para minimizar el riesgo de daño por choques)	10	7	10	8	7	6
Facilidad de uso: simplicidad de manejo de los menús, facilidad de manejo para seleccionar las diversas opciones del equipo e introducir datos mediante los teclados, pantallas u otro tipo de controles	10	6	10	10	7	5

manuales, calidad de presets configurados						
TOTAL	50	30	50	41	34	28

2º Aprobar el informe del cumplimiento de los requisitos STS elaborado por la DGTD, que se anexa a la presente acta.

3º Proceder a la apertura del Sobre C.

Las ofertas presentadas en el Sobre C por las empresas licitadoras admitidas en el expediente de licitación OB32/2022 son las siguientes:

Empresa licitadora	Proposición económica (IVA excluido)	Garantía	Criterios sociales	Criterios automáticos
ESAOTE ESPAÑA S.A.U.	32.538,00 €	5 años.	SI	SI/SI
PHILIPS IBÉRICA S.A.U.	54.900,93 €	4 años	SI	SI/SI
FUJIFILM SONOSITE IBERICA, SLU	34.900,00 €	5 años	SI	SI/SI
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA,S.A.U	53.900,00 €	5 años	SI	SI/SI
SIEMENS HEALTHCARE SLU	27.500,00 €	5 años	SI	SI/SI

Visto que la oferta económica presentada por la empresa Siemens HealthCare, S.L.U., resulta inferior al 50% del precio máximo de licitación, la Mesa acuerda requerir a dicha empresa para que en el plazo de cinco días presente la justificación que considere oportuna y encomendar al Servicio de Infraestructuras del SNS-O la valoración de la información proporcionada por Siemens HealthCare S.L.U en relación con dicha justificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión.

Fdo.: LA SECRETARIA
DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

ORTUETA
IZCO
MIRIAM -
.....Q

Fdo.: LA PRESIDENTA
DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

DE ANDRES VIERGE
MARIA CARMEN -
15846536L

2023.11.06
14:12:33 +01'00'