

Expte. OB33/2022. CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN ECÓGRAFO PORTÁTIL PARA EL ÁREA DE CARDIOLOGÍA DEL HUN

ACTA DE ACEPTACIÓN DE LOS INFORMES DE VALORACIÓN DEL SOBRE B, DE COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS STS Y APERTURA DEL SOBRE C

PRESIDENCIA:
- FERNANDO BALDUZ UGARRIZA

VOCALES:
- JOSÉ MANUEL ALVES FREIRE

SECRETARIA:
- MIRIAM ORTUETA IZCO

En Pamplona, siendo las 10:30 horas del día 03/10/2023, se reúnen las personas que conforman la Mesa de Contratación, relacionadas al margen, con el objeto de proceder a la aprobación del informe de valoración del Sobre B, de fecha 13 de julio de 2023, elaborado por la sección de cardiología del HUN y del cumplimiento de los requisitos STS elaborado por la DGTD.

Constituida la Mesa de Contratación, se procede al examen de los informes anteriormente referenciados y, a la vista del contenido de ambos, se acuerda:

1º Aprobar el informe de valoración del Sobre B, de fecha 13 de julio de 2023, que se anexa a la presente acta, y, en consecuencia, otorgar las puntuaciones que en el mismo se exponen:

CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS	PUNTOS MÁXIMOS	FUJIFILM SONOSITE IBERICA, SLU	PHILIPS IBÉRICA , SAU	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U	SIEMENS HEALTHCARE S.L.U	MINDRAY MEDICAL ESPAÑA, S.L.
Calidad de la imagen: nitidez, colores, definición, delimitaciones entre diferentes estructuras y tamaño de la imagen, para cada una de las sondas exigidas y calidad de las						

aplicaciones para los modos de exploración:						
- Sonda sectorial	15 pts.	9 pts.	15 pts.	12 pts.	10 pts.	8 pts.
- Sonda lineal	15 pts.	9 pts.	15 pts.	12 pts.	NO PRESENTA DO	8 pts.
Facilidad de desplazamiento (fuerza necesaria para realizar un desplazamiento, asas, sistema de agarre, ruedas, frenos, presencia de elementos para minimizar el riesgo de daño por choques)	10 pts.	8 pts.	10 pts.	9 pts.	1 pts.	7 pts.
Facilidad de uso: simplicidad de manejo de los menús, facilidad de manejo para seleccionar las diversas opciones del equipo e introducir datos mediante los teclados, pantallas u otro tipo de controles manuales, calidad de presets configurados	10 pts.	4 pts.	10 pts.	8 pts.	6 pts.	4 pts.
TOTAL	50 pts.	30 pts.	50 pts.	41 pts.	17 pts.	27 pts.

2º Aprobar el informe del cumplimiento de los requisitos STS elaborado por la DGTD, que se anexa a la presente acta.

A continuación, la Mesa procede a la apertura del Sobre C, en el que se incluyen las siguientes ofertas:

CRITERIOS AUTOMÁTICOS	PUNTOS MÁXIMOS	PHILIPS IBERICA SAU	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U.	SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.	FUJIFILM SONOSITE IBERICA, SLU	MINDRAY MEDICAL ESPAÑA S.L.
Criterios técnicos sobre C	15	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI
Anexo III. Proposición económica (IVA excluido)	10	47.225,48 €	50.900 €	24.275 €	31.100 €	24.600 €
Anexo VI. Criterios sociales	10	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo V. Plazo de garantía	15	4 años	5 años	5 años	5 años	5 años

3º Visto que las ofertas económicas presentadas por las empresas Siemens HealthCare S.L.U. y Mindray Medical España, S.L. resultan inferiores al 50% del precio máximo de licitación, la Mesa acuerda requerir a dichas empresas para que, en el plazo de cinco días naturales, presenten la justificación que consideren oportuna y encomendar al Servicio de Infraestructuras del SNS-O la valoración de la información proporcionada por Siemens HealthCare S.L.U. y Mindray Medical España, S.L. en relación con dicha justificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión.

Fdo.: LA SECRETARIA
DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: EL PRESIDENTE
DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

ORTUETA
IZCO
MIRIAM -
.....Q

Firmado digitalmente por
Fernando Balduz Ugarriza