

Expte. OB25/2023. CONTRATO DE SUMINISTRO DE UNA SALA DE ARRITMIAS Y UNA SALA DE HEMODINÁMICA PARA EL HUN.

**ACTA DE ACEPTACIÓN DEL INFORME
DE COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES**

PRESIDENCIA:

- SARA LIZARBE SANCHA

VOCALES:

- JOSÉ MANUEL ALVES FREIRE

- MARIBEL GALLARDO DE TENA

INTERVENTORA

- HELENA RABAL ETXEBERRIA

SECRETARÍA:

- MÓNICA MONREAL CÍA

En Pamplona, siendo las 12:30 horas del día 29/2/2024, se reúnen las personas que conforman la Mesa de Contratación, relacionadas al margen, con el objeto de proceder a la aprobación del informe del cumplimiento de las prescripciones técnicas particulares, de fecha 26 de febrero de 2024, elaborado por los profesionales del Servicio de Infraestructuras del SNS-O.

Reunida la Mesa de Contratación, se procede al examen del informe técnico del cumplimiento de las prescripciones técnicas particulares. En dicho informe se señala que, en la documentación presentada por la empresa Philips Ibérica S.A.U. y por la empresa Siemens Healthcare, S.L.U., no es posible identificar el modelo de la mesa ofertada ni aparece ningún modelo de mesa en los documentos CE incluidos en la oferta. En el caso de Canon Medical Systems, S.A se han identificado los siguientes incumplimientos de las prescripciones técnicas:

- La lámpara de exploración de la sala de arritmias no cumple con el diámetro ni con el índice de reproducción cromática solicitado.
- En la columna de cirugía de la sala de arritmias, las bandejas no cumplen con la medida solicitada.

A la vista de todo lo anterior, la Mesa acuerda:

1º Aprobar el informe de comprobación del cumplimiento de las prescripciones técnicas particulares de fecha 26 de febrero de 2024, que se anexa a la presente acta.

2º Excluir de la licitación a la empresa Canon Medical Systems, S.A. por no cumplir con los criterios mínimos establecidos en el pliego regulador.

3º Requerir a las empresas Philips Ibérica, S.A.U. y Siemens Healthcare, S.L.U. subsanación de la documentación CE del equipo o, en caso de estar este equipo incluido en el


mismo documento que el angiógrafo como elemento del mismo, incorpore la justificación pertinente.

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión en el lugar y fecha arriba indicadas.

Fdo.: LA SECRETARIA
DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

 MONREAL
CIA MONICA
-.....A

Fdo.: LA PRESIDENTA
DE LA MESA DE CONTRATACIÓN



SARA LIZARBE SANCHIA
INGENIERA BIOMÉDICA
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO NAVARRO DE SALUD -
OSASUNBIDEA