

Acta 2

Aprobación del informe de valoración técnica de la propuesta de criterios cualitativos (juicios de valor), apertura del sobre C “Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas” y declaración de la oferta con mejor calidad-precio.

Día: 9 de septiembre de 2024.

Hora: 9:30 horas.

Lugar: Sala del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea, en Servicios Centrales.

Órgano: Mesa de Contratación designada para intervenir en el procedimiento abierto, para el suministro de un sistema de anoscopia de alta resolución con sonda de ecografía transrectal y proctoscopios desechables para el Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario de Navarra (HUN –OT11/2024).

Asistentes: Presidenta: Milagros Larrayoz Dutrey.
Vocales:
- Mendía Echeverría Arteta
- Oscar Luengo Díaz
Vocal-Secretario: Enrique Zapata Vázquez de Prada.

Objeto: Aprobación del informe de valoración técnica de la propuesta de criterios cualitativos y apertura del sobre C “Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas”.

Reunida la Mesa de Contratación con la asistencia de las personas relacionadas anteriormente, se procede en primer lugar al análisis del Informe de valoración de la propuesta técnica que se adjunta como Anexo a la presente Acta.

A la vista del mismo, la Mesa de Contratación acuerda:

Aprobar el informe de valoración técnica de la propuesta técnica presentada por Biocablan S.L.

A continuación, se procede a la apertura del Sobre C: “Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas”.

La oferta presentada por Biocablan S.L. es la siguiente:

	BIOCABLAN S.L.	
<u>Calidad “Fórmulas objetivas”</u>	<u>Dato</u>	<u>Puntuación</u>
Magnificación zoom digital Superior a 50 X	SI**	8
Disponibilidad de proctoscopios desechables especialmente diseñados para tratamientos con láser CO2.	SI**	4
Capacidad disco duro SSD	Si	1

de almacenamiento integrado en el PC igual o superior a 4 Tb.		
Dimensiones de la pantalla igual o superior a 32 pulgadas.	No***	0
Posibilidad de integrar en el equipamiento propuesto un sistema de manometría anorectal, así como su software.	Si**	1
<u>Proposición Económica.</u>		
Precio "Sistema Anoscopia"	77.900 €	3.87
Precio "Proctoscopio desechable"	200 €/Ud.	
<u>Criterios Sociales.</u>		
Transporte del equipamiento hasta el Hospital Universitario de Navarra, descarga y la retirada y transporte de embalajes.	Si	10
<u>Garantía.</u>	2	0

** En la encuesta el licitante nos remite a la "Documentación Técnica Presentada". Al respecto en la documentación presentada en el sobre C, no hay referencia alguna; si nos remitimos a la información presentada en el sobre B se ratifica lo expuesto en la encuesta.

*** En la encuesta indica que su pantalla es igual o superior al 32" y en su documentación aportada, se indica que es de 31.5".

Las puntuaciones definitivas resultantes son las siguientes:

Propuesta técnica.	<u>BIOCABLAN</u> <u>S.L.</u>
<u>Características técnicas del equipamiento:</u>	
Características técnicas del PC y del monitor. (Procesador, memoria RAM, capacidad de los discos duros) y (resolución y luminancia) respectivamente.	6
Características técnicas, funciones (resolución, pulsadores) de la cámara.	1
Características técnicas, funciones y características de filtración de la Unidad de extracción de humos.	2
Características técnicas y funciones de la ecografía transrectal.	3
Facilidad de uso del software de proctología. Accesos a las diferentes utilidades, Pantallas, Gestión de usuarios e Informes. Funciones implementadas en el pedal.	2
Características técnicas de los proctoscopios desechables	7
<u>Ergonomía.</u>	
Memoria explicativa de la utilización del equipo. Valorando la posición del paciente y su comodidad durante la exploración; así como la posición y comodidad de utilización del equipamiento por parte del profesional médico.	13
<u>Formación.</u>	
Propuesta de formación para cada uno de los profesionales, incluyendo programa y planificación.	1.5

<u>Calidad "Fórmulas objetivas".</u>	
Magnificación zoom digital Superior a 50 X	8
Disponibilidad de proctoscopios desechables especialmente diseñados para tratamientos con láser CO2.	4
Capacidad disco duro SSD de almacenamiento integrado en el PC igual o superior a 4 Tb.	1
Dimensiones de la pantalla igual o superior a 32 pulgadas.	0
Posibilidad de integrar en el equipamiento propuesto un sistema de manometría anorectal, así como su software.	1
<u>PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS TÉCNICOS.</u>	49.5
<u>PROPOSICIÓN ECONÓMICA.</u>	3.87
<u>CRITERIOS SOCIALES.</u>	10
<u>GARANTÍA.</u>	0
TOTAL	63.37

En vista de lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda:

- Declarar la oferta con la mejor calidad precio la siguiente:

	ADJUDICTARIO	NIF	IMPORTE IVA EXCLUIDO	AÑOS GARANTIA
<u>Suministro de sistema de anoscopia del alta resolución</u>	Biocablan, S.L.	B62756945	Suministro: 77.900 € Proctoscopios desechables: 200 €/Ud.	2

- Requerir a la empresa Biocablan, S.L., la presentación de la documentación previa a la adjudicación indicada en la cláusula 13 de Pliego Regulator del Contrato.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las 10 horas, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, de la cual se redacta la presente acta.

La Presidenta

El Vocal-Secretario



Fdo.: Milagro Larrayoz Dutrey.

Fdo.: Enrique Guillermo Zapata
Vázquez de Prada.