

Informe de valoración técnica del Sobre B (Proposición relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas objetivas) de la oferta presentada al expediente de contratación HUN-OT11/2024, para el suministro de un sistema de anoscopia de alta resolución con sonda de ecografía transrectal y proctoscopios desechables para el Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario de Navarra.

La Mesa de Contratación del expediente HUN-OT11/2024 ha encargado la valoración del Sobre B de las ofertas técnicas admitidas a:

- Un representante de la Oficina Técnica del HUN.
- Un representante del Servicio de Cirugía General del HUN.

La oferta recibida es la siguiente:

- Biocablán, S.L. Equipo: THD HRSTATION

En primer lugar, se ha comprobado que la propuesta cumple con las prescripciones técnicas exigidas.

Asimismo, se ha constatado que la empresa licitadora ha incluido en el sobre B documentación técnica del sobre C. No obstante, habiendo concurrido a la licitación una única empresa licitadora, en este caso no se conculcan los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación entre licitadores, por lo que procede efectuar la valoración de la oferta, sin perjuicio de someter el presente informe a la aprobación de la Mesa de Contratación.

La valoración de la oferta es la siguiente:

CRITERIOS “No cuantificables mediante fórmulas objetivas”. (hasta 47 puntos)

1 - Características técnicas del Equipamiento. Características técnicas del PC y del monitor. (hasta 7 puntos)

La empresa al respecto expone las características principales del PC y del monitor, no haciendo referencia alguna a la luminancia del monitor.

Conclusiones: Se entiende que el equipo es adecuado y suficiente al objeto. La valoración establecida será 6 puntos.

2.- Características técnicas del Equipamiento. Características técnicas y funciones de la cámara. (hasta 2 puntos)

Referencia el modelo de la cámara “THD 4K CAM” indicando que es un producto sanitario clase 1, además indica sus dimensiones, su capacidad para captar fotografías y vídeos.

Conclusiones: No presenta información sobre las características técnicas del equipo y solo relaciones las funciones, por lo que su valoración es 1 punto.

3.- Características técnicas del Equipamiento. Características técnicas, funciones y características de filtración de la unidad de extracción de humos. (hasta 2 puntos)

El equipo propuesto está especialmente diseñado para la aspiración de humos en operaciones quirúrgicas con electrobisturí, ofrece 3 modos de conexión, así como un ajuste sencillo y un indicador de nivel de la colmatación del elemento de filtración, a su vez dispone de una conexión remota para su integración con algún tipo de bisturí lo que facilitaría notablemente el uso del conjunto. Incorpora un pedal para facilitar su uso. El elemento de filtrado tiene 4 etapas, llegando a una eficacia del 99.99 %.

Conclusiones: Se entiende que el equipo es muy adecuado. La valoración establecida será 2 puntos.

4.- Características técnicas del Equipamiento. Características técnicas y funciones de la ecografía transrectal. (hasta 3 puntos)

La sonda propuesta, es un producto sanitario clase “IIa”, de 12 MHz que tiene capacidad para generar imágenes de alta resolución a 360°. Es compacta y manejable, tiene capacidad para seleccionar la profundidad de exploración, dispone de botón de activación integrado, así como pedal. A su vez en el cuerpo de la sonda existe una escala graduada para conocer la profundidad de la exploración.

Conclusiones: Se entiende que el equipo está especialmente diseñado al efecto. La valoración establecida será 3 puntos.

5.- Características técnicas del Equipamiento. Facilidad de uso del software de proctología. (hasta 10 puntos)

Presenta descripción de las utilidades de cada uno de los módulos que componen el software (gestión de usuarios, Base de datos de pacientes, anoscopia, ecografía e informes). Aunque no expresa la forma de uso concreto, se entiende que es sencillo, por las utilidades que aporta el sistema; por lo que la valoración será de 2 puntos.

6.- Características técnicas del Equipamiento. Características técnicas de los proctoscopios desechables. (hasta 7 puntos)

Las especificaciones técnicas más importantes del producto son las siguientes:

- Diámetro interno: 21.5 mm
- Diámetro externo: 25 mm
- Longitud operativa: 66 mm
- Dimensiones de ventana lateral: 39 x77 mm

Conclusión. Las dimensiones que presentan estos elementos, se consideran totalmente adecuadas para las exploraciones a realizar; por lo que se valoran en 7 puntos.

7.- Ergonomía. Memoria explicativa de utilización del equipo. (hasta 13 puntos)

Valorando la posición del paciente y su comodidad durante la exploración; así como la posición y comodidad de utilización del equipamiento por parte del profesional médico.

Se indica, que la utilización de este equipamiento es suficientemente confortable para los pacientes, dado que se puede utilizar en diferentes posiciones (decúbito lateral, decúbito prono o posición ginecológica) A su vez para los facultativos el posicionamiento es adecuado, dado que les permite trabajar con comodidad a más de 35 cm del paciente.

Se considera este equipamiento por las características indicadas, muy adecuado tanto para el paciente como para los facultativos, por lo que su valoración es 13 puntos.

6.- Formación. Propuesta de formación para cada uno de los profesionales, incluyendo programa y planificación. (hasta 3 puntos)

Propone la formación del equipamiento el día de la puesta en marcha (limpieza y uso), si fuera necesario se tendrá soporte vía web por parte del personal del fabricante.

Se entregarán los manuales de uso en formato PDF y en papel.

Además, propone realizar visitas periódicas, para despejar dudas, realizar actualizaciones de softwares o pequeñas reparaciones del software, así como cursos presenciales o video conferencias para perfeccionamiento.

La propuesta la consideramos básica, al no proponer programa ni planificación al respecto. La puntuación al efecto será 1.5 puntos.

La Tabla resumen de todas las puntuaciones del Sobre B es la siguiente:

Calidad “Juicios de valor”	47 puntos	BIOCABLAN
Propuesta técnica		
<u>Características técnicas del equipamiento:</u>		
Características técnicas del PC y del monitor. (Procesador, memoria RAM, capacidad de los discos duros) y (resolución y luminancia) respectivamente.		6
Características técnicas, funciones (resolución, pulsadores) de la cámara.		1
Características técnicas, funciones y características de filtración de la Unidad de extracción de humos.		2
Características técnicas y funciones de la ecografía transrectal.		3
Facilidad de uso del software de proctología. Accesos a las diferentes utilidades, Pantallas, Gestión de usuarios e Informes. Funciones implementadas en el pedal.		2
Características técnicas de los proctoscopios desechables		7
Ergonomía.		
Memoria explicativa de la utilización del equipo. Valorando la posición del paciente y su comodidad durante la exploración; así como la posición y comodidad de utilización del equipamiento por parte del profesional médico.		13
Formación.		
Propuesta de formación para cada uno de los profesionales, incluyendo programa y planificación.		1.5
TOTAL		35.5

Los firmantes de este informe declaran la no concurrencia de interés financiero, económico o personal con las empresas sobre las que se informa, que pudiera comprometer su imparcialidad e independencia en el procedimiento de contratación y que, por ello, exigiera su abstención.

Pamplona, 4 de septiembre de 2024.

Oscar Luengo Diaz
Oficina Técnica del HUN

Jon Ariceta Iraola
Servicio Cirugía General HUN