

ACTA DE VALORACIÓN OFERTA

Licitación para la contratación del suministro de equipamiento de electromedicina dirigido al transporte sanitario de Navarra

Expediente número 8603_PL24/0013

En la ubicación actual de Transporte Sanitario de Navarra Bidean, S.L. (en adelante, BIDEAN), sito en Polígono Aizoain Soto, nº8, Polígono 13, Parcela 880, 31195 Berrioplano, siendo las 09:00 horas del día 10 de enero de 2024, según lo dispuesto en la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas, se reúne la Mesa de Contratación con la asistencia de las personas que a continuación se relacionan:

- D. Luis Fernández Segundo (Director de Gestión y Servicios Generales BIDEAN)
- D^a. Kattalin Setoain Pabolleta (Responsable de Contratación y Asesoría Jurídica BIDEAN)
- D. Antonio Pérez Alonso (Jefe de Sección Emergencias y Transporte Sanitario del Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea)

Valoración de las aclaraciones

En la Mesa de Contratación celebrada con fecha 26 de diciembre de 2024 se acordó la notificación de la solicitud de aclaración de varias de las ofertas técnicas presentadas. Habiéndose solicitado la aclaración citada con fecha 2 de enero de 2025, se otorgó un plazo de respuesta hasta el 9 de enero de 2025.

Habiendo presentado todas ellas las aclaraciones en tiempo y forma, se procede a analizar la documentación técnica del equipamiento que integra el objeto de la licitación.

Análisis del cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos

Tras el análisis de las ofertas técnicas, la Mesa de contratación decide la exclusión de las siguientes ofertas por incumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el Pliego de Condiciones Técnicas que rigen la contratación:

- Lote 1: Se excluye a la empresa STRYKER
- Lote 2: Se excluye a la empresa ADVANCED MEDICAL
- Lote 5: Se excluye a la empresa INSANEX

- Lote 7: Se excluye a la empresa B BRAUN y FRESENIUS

Análisis de oferta anormalmente baja

Tal y como regula la cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas, una vez comprobado la presentación de la documentación general y una vez analizada las fichas técnicas, se procederá a la calificación de los criterios cuantificable mediante fórmulas, que se iniciará con la posible concurrencia de “ofertas anormalmente bajas”.

De este modo, y habiéndose aprovechado la solicitud de las aclaraciones, con fecha 2 de enero se solicitó a la empresa PROHINSA aclaración por considerar su oferta anormalmente baja de conformidad con la regulación expuesta en la cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas y el artículo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, requiriéndole para ello una argumentación que justificara la oferta presentada, informándole que la Mesa de Contratación evaluaría la información presentada, sólo pudiendo rechazarse la oferta en caso de que los documentos no justificaran satisfactoriamente el precio ofertado.

La empresa presenta de este modo una argumentación en el que detalla los acuerdos con fabricante, los medios personales en la zona así como margen económico que obtiene de la compra, obviando de esta forma la viabilidad económica y técnica para poder ejecutar el contrato regular y adecuadamente.

Valoración de las ofertas

Aclaradas las ofertas presentadas, y de acuerdo a lo anteriormente expuesto, se procede a la calificación de los criterios cuantificables mediante fórmulas:

- **Lote 1: Desfibriladores Semiautomáticos**

A.1. Criterios técnicos (Hasta 10 puntos)

Criterio	Puntuación máxima	EMERGALIA	OSATU
Led indicador de buen contacto de parches	5	SÍ	SÍ *
Display de cristal líquido con información de tiempo del evento, número de choques, estado de carga de la batería	2,5	SÍ	No
Test de caída de 1.5 metros	2,5	SÍ	No
TOTAL PUNTOS		10	0

* No se valora a OSATU porque no ofrece Led de buen contacto de parches sino por medio de un audio.

A.2. Plazo de ejecución (Hasta 10 puntos)

Plazo de entrega del equipamiento	EMERGALIA	OSATU (BEXEN)
	0 días	2 días
	10 puntos	9,67 puntos

A.3. Garantía (Hasta 20 puntos)

Criterio	EMERGALIA	OSATU
Plazo de garantía	5 años	8 años
	20 puntos	20 puntos

A.4. Oferta económica (hasta 60 puntos)

	€/Ud	Uds.	Oferta lote	Puntuación
EMERGALIA	800€	12	9.600€	0
OSATU	727,42€	12	8.729,04€	27,21

Precios Iva no incluido.

Puntuación Total Lote 1:

Criterio	EMERGALIA	OSATU
Cr. Técnico	10	0
Pl. de entrega	10	9,67
Pl. de garantía	20	20
Of. Económica	0	27,21
TOTAL	40	56,88

- **Lote 2: Cardiocompresores**

A.1. Criterios técnicos (Hasta 20 puntos)

Criterio	Puntuación máxima	STRYKER
Posibilidad de carga de la batería sin sacar el equipo de la bolsa de transporte.	2	Sí.
Posibilidad de configurar la liberación de la ventosa 10mm para permitir la elevación del tórax durante la ventilación.	2	Sí.
Temperatura de almacenamiento desde -20 grados hasta 70 °C	2	Sí.
Incluye cable para la carga en el vehículo	2	Sí.

Cuenta con el respaldo de estudios científicos, publicados, sobre seguridad y eficacia, que demuestren la evidencia clínica.	2	Sí.
Posibilidad de configurar Alertas para mejorar la RCP, temporizador de RCP.	2	Sí.
Bajada automática pistón.	2	Sí.
Temporizador de RCP sonoro: 1-15 minutos (en incrementos de 1 minuto)	2	Sí.
Posibilidad de recibir por correo electrónico del informe posterior al evento, vía WI FI.	2	Sí.
Incluye bolsa de transporte con reflectante y grandes asas, correas ajustables.	2	Sí. 2
TOTAL PUNTOS		20 puntos

A.2. Plazo de ejecución (Hasta 10 puntos)

	STRYKER
Plazo de entrega del equipamiento	28 días naturales
	10 puntos

A.3. Garantía (Hasta 20 puntos)

	STRYKER
Plazo de garantía ofertado	2 años
	0 puntos

A.4. Oferta económica (hasta 50 puntos)

	€/Ud	Uds.	Oferta lote	Puntuación
STRYKER	10.489€	26	272.714€	2,38

Precios Iva no incluido.

Puntuación Total Lote 2:

Criterio	STRYKER
Cr. Técnico	20
Pl. de entrega	10
Pl. de garantía	0
Of. Económica	2,38
TOTAL	32,38

- **Lote 3: Ecógrafos**

A.1. Criterios técnicos (Hasta 20 puntos)

Criterio	Puntuación máxima	GE Healthcare
Peso de la sonda menor a 210 gr.	2	Sí.
Superficie de trabajo de fácil limpieza y estanca a líquidos (IP67 o superior) con resistencia al agua.	2	Sí.
Leds de colores para identificar la sonda activa y el nivel de batería integrados en el propio dispositivo.	2	Sí.
Frecuencia del transductor lineal que comprenda el rango 3-12 MHz	2	Sí.
Inclusión de biometría fetal completa incluyendo medidas de BPD, HC, AC, FL, CRL, AFI, DVP y AOP	2	Sí.
Incorporación de tres sondas inalámbricas duales con transductor convexo y sectorial adicionales con capacidad de incorporar software basado en inteligencia artificial que proporcione indicaciones en tiempo real para el guiado de la adquisición ecocardiográfica.	10	Sí.
TOTAL PUNTOS		20

A.2. Plazo de ejecución (Hasta 10 puntos)

	GE HEALTHCARE
Plazo de entrega del equipamiento	20 días naturales
	10 puntos

A.3. Garantía (Hasta 20 puntos)

	GE HEALTHCARE
Plazo de garantía ofertado	4 años
	10 puntos

A.4. Oferta económica (hasta 50 puntos)

	€/Ud	Uds.	Oferta lote	Puntuación
GE Healthcare	6.497€	7	45.479€	0,13

Precios Iva no incluido.

Puntuación Total Lote 3:

Criterio	GE Healthcare
Cr. Técnico	20
Pl. de entrega	10
Pl. de garantía	10
Of. Económica	0,13
TOTAL	40,13

- **Lote 4: Monitor Desfibrilador**

A.1. Criterios técnicos (Hasta 10 puntos)

Criterio	Puntuación máxima	STRYKER
Aumento de visualizaciones de canales simultáneas sobre el mínimo requerido	3	Sí.
Capacidad de baterías de más de 6 horas	3	Sí.
Cuenta con medición metahemoglobinemia (SpMet)	4	Sí.
		10 puntos

A.2. Plazo de ejecución (Hasta 10 puntos)

	STRYKER
Plazo de entrega del equipamiento	3 días naturales
	10 puntos

A.3. Garantía (Hasta 20 puntos)

	STRYKER
Plazo de garantía ofertado	5 años
	20 puntos

A.4. Oferta económica (hasta 60 puntos)

	€/Ud	Uds.	Oferta lote	Puntuación
STRYKER	15.790,08€	7	110.530,56€	11,34

Precios Iva no incluido.

Puntuación Total Lote 4:

Criterio	STRYKER
Cr. Técnico	10
Pl. de entrega	10
Pl. de garantía	20
Of. Económica	11,34
TOTAL	51,34

- **Lote 5: Respirador**

A.1. Criterios técnicos (Hasta 20 puntos)

Criterio	Puntuación máxima	BF MEDICA	EMERGALIA
Dentro de los modos ventilatorios, el respirador cuenta con modalidades de soporte ventilatorio adaptativo	5	Sí.	Sí.
Capnografía integrada	5	Sí.	Sí.
La pantalla cuenta con un panel de monitorización dinámica pulmonar	5	Sí.	Sí.
Posibilidad de anclaje a camilla	2,5	Sí.	Sí.
Visión de los datos monitorizados: Gráficos avanzados para tener una visión rápida del estado de la ventilación actual del paciente	2,5	Sí.	Sí.
		20 puntos	20 puntos

A.2. Plazo de ejecución (Hasta 10 puntos)

	BF MEDICA	EMERGALIA
Plazo de entrega del equipamiento	15 días naturales	0 días naturales
	7,5 puntos	10 puntos

A.3. Garantía (Hasta 20 puntos)

	BF MEDICA	EMERGALIA
Plazo de garantía	3 años	2 años
	5 puntos	0 puntos

A.4. Oferta económica (hasta 50 puntos)

	€/Ud	Uds.	Oferta lote	Puntuación
--	------	------	-------------	------------

BF MEDICA	18.000€	7	126.000€	25
EMERGALIA	18.250€	7	127.750€	21,88

Precios Iva no incluido

Puntuación Total Lote 5:

Criterio	BF MEDICA	EMERGALIA
Cr. Técnico	20	20
Pl. de entrega	7,5	10
Pl. de garantía	5	0
Of. Económica	25	21,88
TOTAL	57,5	51,88

- **Lote 6: Monitor multiparamétrico con plataforma**

A.1. Criterios técnicos (Hasta 20 puntos)

Criterio	Puntuación máxima	EMERGALIA	PROHINSA
Ajuste automático del brillo en función de la luz ambiental	5	Sí.	Sí.
Capacidad de duración de la batería mayor a 6 horas sin baterías externas adicionales	5	Sí.	Sí.
Capacidad de detección de las arritmias a través del análisis de 4 derivaciones, mejorando la precisión en la detección del ritmo y reduciendo la generación de falsas alarmas	5	Sí.	Sí.
Mayor grado de protección IP. Se valorará con la máxima puntuación la oferta que mayor grado de protección IP oferte, y al resto de forma directamente proporcional, considerando el valor mínimo 0.	5	IP44.	IP44.
		20	20

A.2. Plazo de ejecución (Hasta 10 puntos)

	EMERGALIA	PROHINSA
Plazo de entrega del equipamiento	0 días naturales	15 días naturales
	10 puntos	7,5 puntos

A.3. Garantía (Hasta 20 puntos)

	EMERGALIA	PROHINSA
Plazo de garantía ofertado	2 años	5 años
	0 puntos	20 puntos

A.4. Oferta económica (hasta 50 puntos)

	€/Ud	Uds.	Oferta lote	Puntuación
EMERGALIA	3.715€	20	74.300€	0
PROHINSA	2.899€	20	57.980€	50

Precios Iva no incluido

Puntuación Total Lote 6:

Criterio	EMERGALIA	PRHOINSA
Cr. Técnico	20	20
Pl. de entrega	10	7,5
Pl. de garantía	0	20
Of. Económica	0	50
TOTAL	30	97,5

- **Lote 7: Bombas Perfusión**

A.2. Plazo de ejecución (Hasta 10 puntos)

	BECTON	EMERGALIA
Plazo de entrega del equipamiento	10 días naturales	0 días naturales
	8,33	10

A.3. Garantía (Hasta 20 puntos)

	BECTON	EMERGALIA
Plazo garantía	3 años	2 años
	5	0

A.4. Oferta económica (hasta 70 puntos)

	€/Ud	Uds.	Oferta lote	Puntuación
BECTON	2.037€	8	16.296€	10,50
EMERGALI	2.100€	8	16.800€	0

Precios Iva no incluido

Puntuación Total Lote 7:

Criterio	BECTON	EMERGALIA
----------	--------	-----------

Pl. de entrega	8,33	10
Pl. de garantía	5	0
Of. Económica	10,50	0
TOTAL	23,83	10

RESUMEN PUNTUACIÓN

Lote 1. DESA	EMERGALIA	OSATU
TOTAL	40	56,88

Lote 2. Cardiocompresor	STRYKER
TOTAL	32,38

Lote 3. Ecógrafo	GE Healthcare
TOTAL	40,13

Lote 4. Monitor desfibrilador	STRYKER
TOTAL	51,34

Lote 5. Respirador	BF MEDICA	EMERGALIA
TOTAL	57,5	51,88

Lote 6. Monitor desfibrilador con plataforma	EMERGALIA	PROHINSA
TOTAL	30	97,5

Total lote 7. Bomba de perfusión	BECTON	EMERGALIA
TOTAL	23,83	10

En virtud de lo expuesto, se procede a solicitar a las empresas que mayor puntuación han obtenido la documentación acreditativa recogida en la cláusula 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas:

- Lote 1: OSATU
- Lote 2: STRYKER
- Lote 3: GE HEALTHCARE
- Lote 4: STRYKER
- Lote 5: BF MEDICA

- Lote 6: PROHINSA
- Lote 7: BECTON

La Mesa de Contratación examinará la documentación aportada y en caso en el que sea conforme a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas, elevará la propuesta de adjudicación del contrato al órgano de contratación. Si la documentación no cumpliera las condiciones establecidas, la misma será excluida de la presente contratación.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se firma en Pamplona, con fecha 10 de enero de 2025

Firma la Mesa de Contratación:

Luis Fernández Segundo
Director de Gestión y Servicios Generales BIDEAN

Kattalin Setoain Pabolleta
Responsable de Contratación y Asesoría Jurídica BIDEAN

Antonio Pérez Alonso
Jefe de Sección Emergencias y Transporte Sanitario SNS-O