

ACTA

Día: 23 de mayo de 2024.

Hora: 13:00 horas.

Lugar: Reunión Sala Ega del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (Servicios Centrales).

Órgano: Mesa de Contratación designada para intervenir en el procedimiento para el contrato de suministro de diverso equipamiento para el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Navarra, (HUN –OT02/2024).

Asistentes:

Presidente: Enrique Echavarren Zozaya.

Vocales:

- Marta Paternain Remón.
- M^a Ángeles Cuéllar De la Torre

Vocal – secretaria: Mónica Monreal Cía.

Responsable técnico Servicio de Tecnologías de la Salud (STS): Javier Trías Munárriz


Objeto: Exponer por parte del personal a quien se ha encomendado la valoración de los aspectos técnicos de conectividad, la incidencia en la documentación informática presentada y estudiar posible requerimiento.

En primer lugar, se reúne la Mesa de Contratación con la asistencia de las personas relacionadas anteriormente.

A continuación, el técnico del Servicio de Tecnologías de la Salud, expone a la Mesa de Contratación la incidencia detectada en la documentación informática presentada en el Sobre B por la empresa licitadora *KARLS STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A.*

La empresa licitadora, ha presentado en el sobre B, un único fichero DICOM correspondiente a uno de los cuatro tipos de estudio en los que el sistema de documentación ofertado, denominado "AIDA" es capaz de capturar y almacenar la imagen; concretamente el tipo de estudio presentado es "VL Endoscopic Image Storage". La información que aportan estos ficheros DICOM, es específica de cada tipo de fichero y no se puede extraer del resto de la documentación presentada, si bien declara disponer de ello. Por ello, se propone a la Mesa de Contratación realizar un requerimiento a estos efectos, a la empresa *KARLS STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A.*, dado que la acreditación de los extremos requeridos no suponen modificación de la oferta presentada.

A la vista de lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda:



- Requerir a la empresa *KARLS STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A.* la presentación de los siguientes estudios DICOM para su validación en la prueba de integración con imagen digital (Punto 8.2.8. Cuadro de Características):

1. **Secondary Capture Image Storage:** un estudio en cualquier calidad.
2. **Video Endoscopic Image Storage:** dos estudios en formato MPEG2 en cualquier calidad y MPEG4.
3. **Storage Commitment Push Model:** un estudio en cualquier calidad.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:30 horas, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, de la cual se redacta la presente acta.

EL PRESIDENTE

LA VOCAL - SECRETARIA

Enrique Echavarren Zozaya

Mónica Monreal Cía