

ACTA

Día: 21 de agosto de 2024

Hora: 10: 00 horas

Lugar: Reunión online, Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y Hospital Universitario de Navarra.

Órgano: Mesa de Contratación designada para intervenir en el procedimiento para el contrato de suministro de diverso equipamiento para el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Navarra, (HUN –OT02/2024).

Asistentes:

Presidente: Enrique Echavarren Zozaya.

Vocales:

- Marta Paternáin Remón.
- M^a Ángeles Cuéllar De la Torre

Vocal – secretaria: Mónica Monreal Cía.

Objeto: Aprobación de los informes de valoración técnica del sobre B y apertura del sobre C.

Reunida la Mesa de Contratación, con la asistencia de las personas relacionadas anteriormente y tras haber recibido el Informe de valoración técnica del sobre B y el Informe de Valoración OT02-2024 Requerimientos Colposcopio y Torre de Ginecología elaborado por STS, la Mesa estudia los mismos y a continuación, acuerda:

- 1) Aprobar el Informe de valoración técnica del sobre B y el informe de Valoración OT02-2024 Requerimientos Colposcopio y Torre de Ginecología elaborado por STS, que se adjuntan a la presente acta.
- 2) Otorgar las puntuaciones que se indican en el Informe de valoración técnica del sobre B.

A continuación, se procede a la apertura del sobre C "Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas", de la única empresa que continúa en la licitación, *KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA, S.A.* y se comprueba que cumple lo previsto en el Pliego Regulador.


La oferta presentada es la siguiente:

1.- Características técnicas, "Formulas objetivas":

CRITERIOS	DATO DE LA PROPUESTA	PUNTUACIÓN CONFORME AL PLIEGO
CRITERIOS TÉCNICOS		
Unidad de procesamiento		
Resolución 4K. (sí/no)	Sí	7
Monitor		
Tamaño de la pantalla del monitor. Se valorará que el tamaño del monitor sea superior al mínimo exigido (27 pulgadas). Se valorará con la máxima puntuación el mayor valor de tamaño de monitor y se aplicará una regla de tres directa al resto de valores.	Sí (Valor: 32 pulgadas)	6
Luminancia (cd/m²). Se valorará con la máxima puntuación el mayor valor de luminancia y se aplicará una regla de tres directa al resto de valores.	Sí (Valor: 700 cd/m²)	5
Sistema de documentación		
Posibilidad de guardar simultáneamente imágenes procedentes de dos fuentes diferentes. (sí/no)	Sí	3
Oferta económica		
Precio máximo licitación: 95.000, 00 € (I.V.A. excluido)	95.000,00 €	0
Criterios sociales		
Transporte y descarga del equipamiento hasta el Hospital Universitario de Navarra.	Sí	6
Recogida, reciclaje o reutilización de los envases y embalajes.	Sí	4
Garantía	4 años	5

En vista de lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda:

- Declarar la oferta más ventajosa a cuyo favor va a recaer la propuesta de adjudicación la siguiente:



Servicio Navarro de Salud
Osasunbidea

	ADJUDICTARIO	NIF	IMPORTE IVA EXCLUIDO	AÑOS GARANTIA
Suministro de diverso equipamiento para el Sº de Ginecología y Obstetricia.	KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA, S.A.	A78936606	95.000,00 €	4

- Requerir a la empresa *KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA, S.A.* la presentación de la documentación previa a la adjudicación indicada en la cláusula 13 del Pliego Regulador del Contrato.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las 11:00 horas, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, de la cual se redacta la presente acta, que se firma en señal de conformidad.

EL PRESIDENTE

LA VOCAL - SECRETARIA

Enrique Echavarren Zozaya

Mónica Monreal Cía