

Expte. IBE020/2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EQUIPAR LA SALA DE LIMPIEZA DEL ÁREA DE ENDOSCOPIAS DEL HGO DE ESTELLA.

ACTA APROBACIÓN INFORME PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PRESIDENCIA:

-Sara Lizarbe Sancha

VOCALÍA:

-José Manuel Alves Freire

-Marta Paternain Remón

-Maite Arruabarrena Polite

SECRETARÍA:

-M^a Mercedes Zapata Vázquez de Prada

En Pamplona, a las 13:40 horas del 13/10/2025, en acto celebrado mediante medios telemáticos (correo electrónico), se reúnen las personas que conforman la Mesa de Contratación, expresadas al margen, con el objeto de proceder a aprobar el Informe de comprobación del cumplimiento de las prescripciones técnicas particulares, elaborado por el Servicio de Aprovisionamiento y SSGG del SNS-O, de fecha 9 de octubre de 2025.

Reunida la Mesa de Contratación, se procede al examen del Informe de cumplimiento de prescripciones técnicas particulares. En el Informe se señalan las diferentes incidencias que se han encontrado en las tres ofertas.

En el caso de OLYMPUS IBERIA, S.A.U., respecto de la documentación CE que aporta, presenta un certificado caducado del Organismo Notificado VDE (número 0366), mientras que la declaración UE de conformidad del fabricante solo incluye 1 de 6 páginas y hace referencia al Organismo Notificado DQS Medizinprodukte (número 0297). Con la documentación aportada no es posible comprobar la conformidad CE de las lavadoras, ya que es necesario disponer de la declaración UE de conformidad completa y su certificado del Organismo Notificado relacionado.

En el caso de ANTONIO MATACHANA, S.A. incumple con varias prescripciones técnicas tal y como queda reflejado en el Informe.

En el caso de STEELCO ESPAÑA SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTERILIZACIÓN, S.L. no queda clara parte de su oferta, en concreto:

1. No queda claro el número de conectores OCS ofertados. El único apartado de la documentación donde puede inferirse un número de dispositivos se encuentra en el documento de criterios de valoración, se indica que *“Cada endoscopio se vincula de manera individual a su correspondiente sistema OCS,*

compuesto por: cabezal de conexión, juego de conectores específicos y bandeja de transporte y reprocesamiento asociada". Por lo que, hablando el pliego de 20 tubos, en base a esta afirmación, solo puede entenderse que se ofertan 20 OCS.

2. En el manual se indica que es necesario esterilizar periódicamente estos dispositivos, pero no queda claro cuál es la frecuencia recomendada para ello.

A la vista de todo lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda:

1º.- Aprobar el Informe de comprobación del cumplimiento de las prescripciones técnicas particulares, de fecha 9 de octubre de 2025, que se anexa a la presente acta.

2º.- Solicitar a la empresa OLYMPUS IBERIA, S.A.U. subsanación documentación CE, aportando la declaración UE de conformidad completa y su certificado del Organismo Notificado en vigencia.

3º.-Solicitar a la empresa STEELCO ESPAÑA SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTERILIZACIÓN, S.L. aclaración respecto de si se ofertan 20 conectores OCS y que aporten documentación emitida por el fabricante que permita conocer la periodicidad de la esterilización de los conectores OCS.

4º.- Excluir de la licitación a la empresa ANTONIO MATACHANA, S.A. por incumplimiento de prescripciones técnicas.

Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión.

Fdo.: LA SECRETARIA DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN

Fdo.: LA PRESIDENTA DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN