

INFORME DE VALORACIÓN DE MEJORA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL LOTE 6 (ESPECIFICACIÓN 24.1.4)

INSTRUMENTACIÓN PARA CONTROL DE AVENIDAS EN INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

EFA226/06 RISKRAPID

INFORME DE VALORACIÓN DE MEJORA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL LOTE 6 (ESPECIFICACIÓN 24.1.4)

El documento de "[Condiciones Reguladoras](#)" relativo a la licitación **"Contratación del suministro de equipos de instrumentación para el control de avenidas en infraestructuras críticas, dentro del Proyecto Poctefa Riskrapid. EFA226/06"** define en la especificación 24.1.4 Mejora de especificaciones técnicas en el LOTE 6 (hasta 40 pts.) los criterios cuantificables para la puntuación de las Mejoras en especificaciones técnicas.

En el domicilio social de OREKAN GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A, en Calle Padre Adoain, nº 219-Bajo, el técnico Pello Isasi Bea, procede, con fecha 27 de mayo de 2026, a la valoración de la mejora de especificaciones técnicas en el Lote 6, de acuerdo a los criterios de valoración establecidos en las Condiciones Reguladoras estipulación 24.1.4.. La valoración y posterior redacción del presente informe.

A continuación, se analiza la documentación presentada por las empresas licitadoras para el lote 6.

Dilus: ofrece el equipo OTT MF PRO

GabyL: ofrece el equipo Kisters Fluvia RC3

Lote 6: Equipo aforador portátil.

MODELO	DILUS		GABYL	
DESCRIPCIÓN	Medidor de velocidad y profundidad para la realización de aforos directos en cauces vadeables	OTT MF PRO	KISTERS AQUA FLUVIA RC3	
MEJORA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/PUNTUACIÓN				
GPS integrado: se otorgará 10 puntos al equipo ofertado que integre GPS con error de posicionamiento < 5 metros. Se otorgarán 0 puntos al equipo que no integre GPS.	10 PUNTOS	NO INCLUIDO, por tanto NO cumple	En el documento 20260526134208_ANEXO VI_firmado, queda recogido en el apartado "gps integrado" que la precisión del sensor es del 1%. Por tanto CUMPLE	10
Sensor de presión para medir la profundidad del agua con precisión de al menos el 3%: se otorgará 10 puntos al equipo ofertado que integre sensor de presión. Se otorgarán 0 puntos al equipo que no integre sensor de presión.	10 PUNTOS	En el documento "20260526084505_Ott_OTT_MF_pro manual", queda recogido en el apartado Medición de profundidad. Concretamente con una precisión del 2% del valor medido. Por tanto CUMPLE	En el documento 20260526134208_ANEXO VI_firmado, queda recogido en el apartado "Sensor de profundidad" que la precisión del sensor es del 1%. Por tanto CUMPLE	10
Mejora del rango de velocidad se otorgará 10 puntos al equipo ofertado que tenga un rango de medición de la velocidad más amplio que el establecido en las especificaciones técnicas de 0,01 – 3 m/s. Se otorgarán 0 puntos al equipo que no tenga un rango más amplio que el de las especificaciones técnicas.	10 PUNTOS	En el documento "20260526084505_Ott_OTT_MF_pro manual", queda recogido en el apartado Medición de la velocidad. Concretamente con un rango de valores de 0 – 6 m/s. Por tanto CUMPLE	En el documento 20260526134208_ANEXO VI_firmado, queda recogido en el apartado "Especificaciones técnicas. Rango" que el rango de velocidad es de 0 – 3 m/s. Por tanto NO cumple	0
Mejora de la precisión en la medida de la velocidad: se otorgará 10 puntos al equipo ofertado que tenga más precisión en la medición de la velocidad que el valor establecido en las especificaciones técnicas del 2%. Se otorgarán 0 puntos al equipo que no tenga una mayor precisión que el valor de las especificaciones técnicas.	10 PUNTOS	NO INCLUIDO por tanto NO cumple	En el documento 20260526134208_ANEXO VI_firmado, queda recogido en el apartado "Especificaciones técnicas. Precisión" que la precisión es de 1%. Por tanto CUMPLE	10
VALORACIÓN FINAL	40	DILUS (OTT MF PRO)	Gabyl (Kisters Fluvia RC3)	30

Lote 6: Equipo aforador portátil.

LOTE 6/PROPUESTAS	DILUS	GabyI
VALORACIÓN 24.1.4 Mejora de especificaciones técnicas en el LOTE 6 (hasta 40 pts.)	20	30

Pamplona, 29 de mayo de 2026.

Edo.: Ismael Pérez Mata
Vocal

