

Informe de valoración técnica del Sobre B de la oferta presentada al expediente de contratación HUN-OT12/2026, para el suministro de un sistema completo de neuroendoscopio intraventricular para el Servicio de Neurocirugía del Hospital del Hospital Universitario de Navarra.

La Mesa de Contratación del expediente HUN-OT12/2026 encargó la valoración del Sobre B de la oferta presentada en el procedimiento a:

- Un representante de la Unidad o servicio peticionario del HUN.
- Un representante de la Oficina Técnica del HUN.

La única empresa licitante ha sido Medicina Analítica Consumibles MAC, S.A. (a partir de ahora MAC)

El equipamiento ofertado, que se compone con todos y cada uno de los elementos relacionados en las Prescripciones Técnicas, cumple dicho condicionado.

La valoración de la oferta es la siguiente:

CRITERIOS “No cuantificables mediante fórmulas objetivas”. (hasta 50 puntos)

1. - Características técnicas del Equipamiento.

1.1. Ergonomía y manejabilidad de todos los elementos que componen el sistema. (hasta 25 puntos)

Para la definición de todos los elementos que componen el sistema, en las prescripciones técnicas se utilizaron las referencias del producto “Minop Invent” de la fabricante Aesculap.

El licitante, ha presentado su propuesta con la marca y modelos referenciados en las Prescripciones Técnicas, por lo que se considera que la valoración de su ergonomía y manejabilidad de cada uno de los elementos, es la máxima admisible al respecto 25 puntos.

1.2. Características técnicas y mecánicas de los componentes del sistema. Su adaptabilidad en los procedimientos de cirugía intraventricular (hasta 10 puntos)

La licitante presenta un equipo con 3 canales (1 más que lo prescrito), lo que supone una mejora sustancial en los procedimientos, al poder usar al mismo tiempo dos instrumentales.

A su vez, parte del instrumental posee un sistema de giro intraoperatorio de 360°, por medio de un mecanismo de giro tubular del vástago, lo que facilita su uso al no necesitar mover externamente los mismos.

Las citadas características técnicas, facilitan los procedimientos de cirugía intraventricular, por lo que su valoración será 10 puntos.

2. Servicio Técnico Postventa. Localización de sus almacenes, organización, plan de atención de averías, tiempos de entrega de repuestos y/o productos. (hasta 15 puntos)

La empresa al respecto expone:

- Almacén ubicado en Bizkaia.
- Horario de cobertura: de 8: a 17.30 horas. Con atención telefónica y por correo electrónico.
- Entrega de repuestos en un plazo de 24 a 48 horas, con material disponible en sus almacenes.

Se considera su propuesta suficiente, valorándola con 10 puntos.

La Tabla resumen de todas las puntuaciones del Sobre B es la siguiente:

CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS	MAC
Características técnicas del equipamiento	
Ergonomía y manejabilidad de todos los elementos que componen el sistema.	25
Características técnicas y mecánicas de los componentes del sistema. Su adaptabilidad en los procedimientos de cirugía intraventricular	10
Servicio Técnico Postventa	
Servicio postventa: Localización de sus almacenes, organización, plan de atención de averías, tiempos de entrega de repuestos y/o productos	10
PUNTUACIÓN FINAL	45

La puntuación obtenida por la licitante supera los 25 puntos establecidos como mínimos, por debajo de los cuales se excluyen las ofertas. (cláusula 10.2 del CC del Pliego Regulador)

Los firmantes de este informe declaran la no concurrencia de interés financiero, económico o personal con las empresas sobre las que se informa que pudiera comprometer su imparcialidad e independencia en el procedimiento de contratación y que por ello exigiera su abstención.

Pamplona, 19 de junio de 2026.



Óscar Luengo Díaz
Unidad de Oficina Técnica del HUN

Idoya Zazpe Cenoz
Jefa del Servicio de Neurocirugía del HUN