

Expte. OB 30/2021. CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN ORTOPANTOMÓGRAFO PARA EL ÁREA DE SALUD DE TUDELA.

ACTA DE SOLICITUD DE ACLARACIONES

PRESIDENCIA:

- MARI CARMEN DE ANDRÉS VIERGE

VOCALES:

- JOSÉ MANUEL ALVES FREIRE

- PILAR COLOM BELTRÁN

SECRETARÍA:

- RAQUEL ERREA IRISARRI

En Pamplona, a las 09:00 horas del 21/12/2021, se reúnen las personas que conforman la Mesa de Contratación, expresadas al margen, con el objeto de valorar la necesidad de solicitar aclaración a las ofertas presentadas en el Sobre BC, referente a los “Criterios Cuantificables mediante fórmulas”, por las empresas licitadoras Subcontratación y Servicios Madrid, S.L. y Diagnova Médica, S.L. a fin de comprobar el correcto cumplimiento de las prescripciones técnicas particulares previstas en el Pliego regulador.

Los técnicos del Servicio de Infraestructuras advierten que no resulta posible comprobar el cumplimiento de determinadas prescripciones técnicas, en concreto,

En la oferta de SUBCONTRATACIÓN Y SERVICIOS MADRID, S.L.:

- Filtración total del tubo no inferior a 2,5mm. Al. ni superior a 3,5mm. Al. a 80KV. En el manual de usuario del equipo únicamente se refleja la filtración a **86 kV**.

- Panorámica arco ancho. Entre las exploraciones panorámicas no queda claro que ninguna equivalga a la panorámica de arco ancho.

En la oferta de DIAGNOVA MEDICA, S.L.:

- Filtración total del tubo no inferior a 2,5mm. Al. ni superior a 3,5mm. Al. a 80KV. La única referencia a esto es que la filtración inherente es $> 2,5$ mm Al eq. a **85 kV**.

- No queda claro si se incluyen los anclajes, aunque ponga que puede ir colgado.

En consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda solicitar aclaración, ofreciendo un plazo de cinco días para ello, a las empresas Subcontratación y Servicios y Madrid, S.L. y Diagnova Médica, S.L. en relación con los siguientes aspectos:

- Respecto de la oferta presentada por Subcontratación y Servicios Madrid, S.L., se aclare la filtración total tubo y cuál de las exploraciones equivale a la panorámica de arco ancho.
- Respecto de la oferta presentada por Diagnova Médica, S.L., se aclare la filtración total del tubo y si el anclaje del equipo a la pared está o no incluido en la oferta.

Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión.

Fdo. LA SECRETARIA DE LA
MESA DE CONTRATACIÓN



Fdo.: LA PRESIDENTA DE LA
MESA DE CONTRATACIÓN

DE ANDRES VIERGE MARIA
CARMEN - 15846536L
2021.12.22 11:00:16 +01'00'