Servicio Navarro de Salud
Osasunbidea

Acta II

Día: 16 de junio de 2022
Hora: 9:30 horas.
Lugar: SNS y Hospital Universitario de Navarra.

Órgano: Mesa de Contratación designada para intervenir en el procedimiento para la adquisición de una torre de endoscopia para la consulta de Oncología-voz disfagia del Servicio de otorrinolaringología del Hospital Universitario de Navarra (HUN –OT04/2022).

Asistentes:

Presidente: Enrique Echavarren Zozaya.
Vocales:
- Pilar Colom Beltrán
- Óscar Luengo Díaz.

Vocal-Secretaria: Mercedes Zapata Vázquez de Prada.

Objeto: Aprobación del informe de valoración técnica y apertura del sobre C.

Se aprueba el informe de valoración de la oferta presentada por Optomic España, S.A. , en el que se concluye que cumple las condiciones técnicas establecidas en el Pliego Regulador.

Se procede a la apertura del Sobre C: "Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas", y se comprueba que cumple lo previsto en el Pliego Regulador.

La oferta es la siguiente:

1.- Características técnicas, "Formulas objetivas".

	VALOR PARÁMETRO o SÍ/NO
Procesador de video Full HD y 3 D	
Procesador 4K. (Si/No)	Si
Cabezal de cámara Full HD.	
Micrófono integrado en el cabezal de cámara. (SI/No)	Si
Fuentes de luz.	

Fuente estroboscopica y de luz continua en un solo aparato (Si/No)	Si
VideoNasoFaringoscopio HD	
Micrófono integrado en el propio videonasofaringoscopio, con un solo cable que gestiona audio, video, luz blanca y luz estroboscópica. (Si/No)	Si
Monitores Full HD. Monitor 1	
Luminancia igual o superior a 450 cd/m2 (Si/No)	Si
Calidad 4k (si/No)	Si
Fuente de luz estroboscopica	
Ajuste automático de intensidad (SI/No)	Si
Sistema de documentación y Sistema de análisis de voz y electroglotografia.	
Capacidad del disco duro (TB)	3 Tb
Capacidad de envio de "videos" de máximo 15 segundos al PACS (Si/No)	Si
Electroglotografia superponible en tiempo real a la imagen en vivo. (Si/No)	Si
Software de analisis de voz y electroglotografia integrado con el software del sistema de documentación de imagen (SI/NO)	SI
Mueble soporte equipos endoscopia y sistemas de documentación.	
Aspirador integrado con activación automática de por lo menos 60 l/min. Con soporte integrado de terminal de aspiración. (Si/No)	Si
Unidad de calefactado de endoscopio rígidos y flexibles por convección. (Si/No)	Si

2.- Oferta económica: Importe total: 104.980 € (sin IVA)

3.- Criterio de carácter social: Si. Realizarán el transporte del equipamiento y su descarga, así como la retirada y transporte de embalajes y desechos.

4.- Plazo de garantía: 5 años.

Servicio Navarro de Salud
Osasunbidea

En vista de lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda:

a) Aprobar el informe de cumplimiento de las prescripciones técnicas que se adjunta al acta.
b) Requerir a Optomic España, S.A., para que acredite en el plazo de siete días naturales a contar desde la notificación del requerimiento efectuado al efecto, la posesión y validez de los documentos indicados en la Cláusula 13 del Pliego regulador del contrato.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las 10 horas, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

Fdo.: Enrique Echavarren Zozaya

Fdo.: Mercedes Zapata Vázquez de Prada

Enrique Echavarren Zozaya

Jefe de Servicio de Administración y Servicios Generales del Hospital Universitario de Navarra

2022.06.20
09:08:08 +02'00'