



Requerimientos STS - (SICCA)

32081



Índice de contenidos

1 REQUISITOS TÉCNICOS STS	3
1.1 Requisitos para la integración con el Sistema de Información de Cuidados Críticos y Anestesia (SICCA)	3
1.1.1 Conectividad	3
Conectividad TCP/IP	3
Conectividad Serie	3
Otros tipos de Conectividad	3
1.1.2 Requisitos para integración con METAVISION	3



1 REQUISITOS TÉCNICOS STS

1.1 Requisitos para la integración con el Sistema de Información de Cuidados Críticos y Anestesia (SICCA)

Los requisitos incluidos en este apartado deberá cumplirlos cualquier equipo médico (equipo a partir de aquí), ya sean elementos hardware como software o la conjunción de ambos, que genere datos a ser recogidos por el Sistema de información de Cuidados Críticos y Anestesia (SICCA a partir de aquí).

Las empresas licitantes de estos equipos deberán aportar como parte de su documentación técnica las diferentes propuestas de arquitectura necesarias para la posible integración de su producto con SICCA.

Toda la configuración de conectividad de los dispositivos deberá quedar accesible y documentada para su consulta y/o modificación por parte de los técnicos especializados que la DGTD determine.

El producto SICCA se basa en el producto comercial METAVISION con una conexión de los dispositivos generalmente a través de concentradores Serie RS232/Ethernet de marca DIGI (Connect ES) a excepción de:

- Monitores multiparamétricos: Deben implementarse con una solución basada en Gateway TCP/IP contra el servidor de integración de METAVISION.
- Gasómetros: Conectividad Ethernet directa con servidor de integración de METAVISION
- Bombas de perfusión: Deben implementarse con una solución basada en Gateway o rack de comunicaciones que recoja los datos de cada dispositivo y disponga de un interfaz ethernet para su conexión a servidor de integración de METAVISION

1.1.1 Conectividad

Conectividad TCP/IP

- Interfaz física: RJ45
- Estándar de red de área local: Ethernet.
- Protocolo de red: TCP/IP

Conectividad Serie

- Protocolo de comunicaciones RS232.
- Por cada unidad del equipo suministrado se aportarán 2 conectores/conversores serie / RJ45

Otros tipos de Conectividad

- Para cualquier otro tipo de conector (USB, etc.), el adjudicatario deberá aportar el hardware necesario para la conversión a RS232 con conector RJ45.

1.1.2 Requisitos para integración con METAVISION

- El licitador debe hacerse cargo de los costes del proveedor de SICCA en SNS-O para la instalación, configuración y conexión del dispositivo en la plataforma de integración del producto en SNS-O.
- El adjudicatario podrá ser requerido a colaborar con personal de la DGTD o el fabricante del producto METAVISION durante una posible integración del dispositivo con SICCA en algunas extensiones de este producto en el SNS-O.