

ANEXO IX

Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

(para presentar en el Sobre C)

LICITADOR:

LOTE 1: SISTEMAS DE BOLSAS DE AFERESIS MULTICOMPONENTES

Característica técnica a valorar	El material ofertado tiene (Si/No)	Página en la que figura en el dossier técnico:
Equipo:		
Lector de escáner para los códigos de barras		
Medidor de presión de extracción/retorno		
Boton reloj que permite ver el tiempo transcurrido en la recolección		
Medidor de plaquetas: muestra el rendimiento del producto recolector hasta el momento		
Medidor de plasma: - Muestra el volumen actual recolectado. - Muestra el volumen total de plasma que se va a recolectar.		
Permite la modificación de los flujos de extracción y retorno por parte del operador		
Permitir la recogida de solamente plasma en los casos donde, una vez iniciada la donación, se verifique que el donante tiene una cifra de plaquetas inferiores a 150×10^3 ul		
Posibilidad de configurar diferentes volúmenes de plasma en función de las características del donante		
Permitir el control de la tasa de anticoagulante al donante		
Extracción automática de aire de las bolsas de los componentes sanguíneos, sin necesidad de manipulación por parte del operador		
El separador celular deberá disponer de un software de gestión de los datos - Comunicación bidireccional entre el Banco de Sangre y el separador celular - Registro en la propia máquina del operador responsable - Generar informes mensuales de la actividad realizada con el separador celular - A demanda		
Cebado del equipo desechable solo con ACD-A, sin necesidad de suero fisiológico		
Posibilidad de registro de reacciones adversas directamente en la pantalla del separador celular para la hemovigilancia activa en los procedimientos de aféresis		
Posibilidad de cambio de equipos de manera urgente en plazo menor o igual a 24 horas		
Fungible:		
Tamaño de la aguja		

LOTE 2: SISTEMAS DE BOLSA DE PLASMAFERESIS

Característica técnica a valorar	El material ofertado tiene (Si/No)	Página en la que figura en el dossier técnico:
Equipo:		
Posibilidad de cambio de equipo de manera urgente en plazo menor o		

igual a 24 horas		
Sistema de maleta para la recogida del equipo		
<i>Fungible:</i>		
Tamaño de la aguja		
Posibilidad de infusión salina		

Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre C, de la documentación técnica que respalde dicha información.