

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

D. _____ con DNI: _____ con
domicilio a efectos de notificación en: _____ C.P.:
_____, localidad/provincia: _____, teléfono de
contacto: _____ en **nombre propio o en representación de** (táchese
lo que no proceda) la sociedad _____ con
C.I.F.: _____ enterado de las Condiciones Reguladoras y las Prescripciones
Técnicas del **"ACUERDO MARCO PARA SUMINISTRO DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES PARA MEDIR CALIDAD
DE AGUAS"** completa las siguientes tablas con información veraz. En caso de no ofertar algún
producto/equipo se dejará esa línea sin completar. Sólo se rellenará la información de los lotes a los que se
presenta. Hay que rellenar todos los campos sombreados en gris para cada producto/equipo ofertado.

En la casilla **"CUMPLE (SI/NO):** en caso de cumplir todas las especificaciones técnicas exigidas en el Anexo I
se rellenará con "SI", en caso de no cumplir con alguna de las especificaciones técnicas exigidas se
completará con "NO".

En la casilla **"HIPERVINCULO HOJA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"**, en caso de no disponer del mismo, se
indicará el nombre del archivo en pdf que se adjuntará junto con este documento.

Los documentos, que se presentarán a través de PLENA, deberán estar todos ellos firmados digitalmente
o de forma manuscrita.

En _____ a _____ de _____ de 2024

(Lugar, fecha y firma)

LOTE 1: Patrones

LOTE 1: PATRONES Y CONSUMIBLES					
COD REFERENCIA	PARÁMETRO		MARCA Y COD. PRODUCTO OFERTADO	CUMPLE (SI/NO): PARÁMETRO, TOLERANCIA Y VIDA ÚTIL	HIPERVINCULO HOJA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1-01	Cond. Eléctrica 147 μS/cm a 25°C				
1-02	Cond. Eléctrica 1413 μS/cm a 25°C				
1-03	Cond. Eléctrica 12880 μS/cm a 25°C				
1-04	pH 2,00 a 25°C				
1-05	pH 4,00 a 25°C				
1-06	pH 7,00 a 25°C				
1-07	pH >9 a 25°C y < 9,5 a 25°C				
1-08	pH 10,00 a 25°C				
1-09	pH 12,00 a 25°C				
1-10	POTENCIAL REDOX 220 mV				
1-11	N-NO ₃ 1 mg/l N-NO ₃				
1-12	N-NO ₃ 10 mg/l N-NO ₃				
1-13	N-NO ₃ 100 mg/l N-NO ₃				
1-14	TURBIDEZ =<1 NTU				
1-15	TURBIDEZ >=10 NTU Y =<15 NTU				
1-16	TURBIDEZ >=100 NTU				
1-17	TIRAS DE VALORACIÓN DE CLORURO 30 -500 mg/l de Cl-				
1-18	Solución de relleno Kcl 3mol/l	3 mol/l			

LOTE 2. Multimeditores y consumibles de calidad de agua

LOTE 2: MULTIMEDIDORES Y SONDAS				
COD REFERENCIA	EQUIPO	MARCA Y COD. PRODUCTO OFERTADO	CUMPLE (SI/NO): ESPECIFICACIONES Y COMPATIBILIDAD	HIPERVINCULO HOJA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2-01	MULTIMEDIDOR 3 PUERTOS			
2-02	SONDA DE CONDUCTIVIDAD			
2-03	SONDA DE PH Y TEMPERATURA			
2-04	SONDA DE OXÍGENO DISUELTO Y TEMPERATURA + KIT PROTECTOR			
2-05	REPUESTO SENSOR OXÍGENO DISUELTO			
2-06	SENSOR DE POTENCIAL REDOX Y TEMPERATURA			

LOTE 3. Patrones y consumibles de medidas con espectrofotómetro

LOTE 3: PATRONES Y CONSUMIBLES DE MEDIDAS CON ESPECTOFOTÓMETRO					
COD REFERENCIA	EQUIPO	RANGO DE MEDICIÓN	MARCA Y COD. PRODUCTO OFERTADO	CUMPLE (SI/NO): RANGO, NORMA, VIDA ÚTIL Y COMPATIBILIDAD	HIPERVINCULO HOJA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3-01	VIALES DE AMONIO	0,05 a 1,5 mg/l de NH ₄ -N			
3-02	VIALES DE AMONIO	1,0 a 10,0 mg/L de NH ₄ -N			
3-03	VIALES DE FOSFATO	0,05 a 1,5 mg/l de PO ₄ -P			
3-04	VIALES DE FOSFATO	1,0 a 5 mg/l de PO ₄ -P			
3-05	VIALES DE FOSFATO	4,0 a 20 mg/l de PO ₄ -P			
3-06	VIALES DE NITRATO	0,025 a 10 mg/l de NO ₃ -N			
3-07	VIALES DE NITRATO	10 a 30 mg/l de NO ₃ -N			

LOTE 4. Equipos multiparamétricos automáticos y consumibles de calidad de agua

LOTE 4: EQUIPOS MULTIIPARAMÉTRICOS AUTOMÁTICOS Y CONSUMIBLES				
COD REFERENCIA	PARÁMETRO	MARCA Y COD. PRODUCTO OFERTADO	CUMPLE (SI/NO): ESPECIFICACIONES Y COMPATIBILIDAD	HIPERVINCULO HOJA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
4-01	SENSOR PH/REDOX			
4-02	SENSOR CONDUCTIVIDAD/TEMPERATURA			
4-03	SENSOR TURBIDEZ			
4-04	SENSOR OXÍGENO DISUELTO			
4-05	REPUESTO MEMBRANA OXÍGENO DISUELTO			
4-06	CEPILLO CENTRAL DE LIMPIEZA			
4-07	SENSOR PH/REDOX			
4-08	MODULO REPUESTO SENSOR PH/REDOX			
4-09	SENSOR NITRATO			
4-10	MODULO REPUESTO SENSOR NITRATO			
4-11	SENSOR CONDUCTIVIDAD/TEMPERATURA			
4-12	SENSOR TURBIDEZ			
4-13	SENSOR OXÍGENO DISUELTO			
4-14	MODULO REPUESTO SENSOR OXÍGENO DISUELTO			

INFORMACIÓN

Si desea cualquier aclaración deberá ponerse en contacto con:

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA – NAFARROAKO INGURUMEN KUDEAKETA

C/ Padre Adoain Nº 219 Bajo

C.P. 31.015 Pamplona, Navarra

Tfno.: 686 633019

Correo Electrónico: jperezma@gan-nik.es

Ismael Pérez Mata