

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MEDICO NUEVO CENTRO DE SALUD DE VILLAVA

LOTE I MOBILIARIO GENERAL

SUBCAPÍTULO 01.01 MESAS

01.01.01 UD MESA DESPACHO 160 X 160 CM

Mesa de despacho, según Norma UNE-EN 527-1, ergonómica compacta con sobre, faldón y ala lateral para el ordenador y teléfono, con todas las esquinas redondeadas y dos patas en T invertidas, de 160 X 80 (ala de 80 X 60) y altura 74 cm., fabricada con estructura metálica pintada en epoxi color blanco o aluminio, con sobre en estratificado de espesor mínimo de 2,5 cm, y equipadas con un buck rodante, mobiliario provisto de todos los elementos necesarios para su correcta utilización, completa y colocada. Color, acabado madera clara, blanco o gris, a determinar en el Centro, así como a las derechas o izquierdas y bucks con tres cajones o cajón y archivo.

01.01.02 UD MESA DESPACHO DE 160 X 80 CM

Mesa de despacho con sobre y faldón (sin ala), con todas las esquinas redondeadas, dimensiones 160 X 80 cm. y altura 74 cm., fabricada con estructura metálica pintada en epoxi color blanco o aluminio, con sobre en estratificado con un espesor mínimo de 2,5 cm, y equipadas con un buck rodante, mobiliario provisto de todos los elementos necesarios para su correcta utilización, completa y colocada. Color, acabado madera clara, blanco o gris, a determinar en el Centro, así como tipo de buck.

01.01.03 UD MESA ALTA DESPACHO DE 140 x 60 x 100 CM

Mesa de despacho con sobre en estratificado de espesor mínimo 2,5 cm, dimensiones 140 X 60 cm. y altura 100 cm., fabricada con estructura metálica pintada en epoxi color blanco o aluminio, tapeta o pata practicable para su electrificación y provista de niveladores, completa con todos los elementos para una correcta utilización y colocada, del mismo color y acabados, modelo y fabricante que el resto de las mesas del proyecto.

01.01.04 UD MESA REUNIONES DE 140 X 70 X 75 CM

Mesa de dimensiones aproximadas 140 x 70 cm. y altura 75 cm, fabricada con estructura metálica y sobre en estratificado, con acabados iguales al resto de las mesas del proyecto, y a juego con la decoración y mobiliario de la sala, completa y colocada.

01.01.05 UD MESA DE REUNIONES CIRCULAR 110-120

Mesa de reuniones circular y de diámetro 110 a 120 cm., (según fabricantes), en materiales y acabados iguales a las mesas de despachos del proyecto, completa y colocada.

01.01.06 UD MESA AUXILIAR EXTRACCIONES DE SANGRE

Mesa auxiliar para uso de extracciones de sangre, con laterales y altito para utillaje, ruedas c/freno, dimensiones aproximadas 90 x 55 cms., y altura 74cm (a confirmar en obra su diseño y tamaño con la responsable de Enfermería), con materiales y acabados iguales al resto del mobiliario del proyecto, completa y colocada.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MEDICO NUEVO CENTRO DE SALUD DE VILLAVA

SUBCAPÍTULO 01.02 ARMARIOS ARCHIVADORES ESTANTERIAS Y TAQUILLAS

01.02.01 UD ARMARIO ESTANTERÍA DE 90 X 45 X 200 CM

Armario estantería fabricado en melamina de espesor mínimo 19 mm, de dimensiones aproximadas 90 cm. de ancho, 45 cm. de fondo y 200 cm. de alto, con dos puertas batientes bajas y cinco estantes intermedios (tres en parte alta), estos de espesores 30 mm para sobrecarga, o metálicos, con cerradura en las puertas y tiradores, niveladores en la base, colores ídem. a los de las mesas del proyecto y del mismo modelo y fabricante, incluso herrajes, montaje, completo con todos los elementos necesarios para una correcta utilización, colocado.

01.02.02 UD ARMARIO ROPERO DE 45 X 43 X 200 CM

Armario ropero fabricado en melamina de espesor mínimo 19 mm, de dimensiones aproximadas 45 cm. de ancho, 43 cm. de fondo y 200 cm. de alto, con una puerta batiente en el frente, estante superior en el interior, barra deslizante portaperchas, con cerradura, niveladores, completo con todos los elementos necesarios para una correcta utilización, acabados iguales al resto de los armarios y mesas del proyecto, completo y colocado.

01.02.03 UD ESTANTERIA METÁLICA DE 1000 X 420 X 2000 MM

Elemento de estantería metálica de aprox. 1000 X 420 X 2000 mm, con acabado en pintura lacada al horno, blanca, con siete baldas metálicas, con destino a albergar productos diversos, costados libres, perfiles ranurados para regulación de baldas, tornillería, material auxiliar, topes de goma en bases, completa con todos los elementos necesarios para una correcta utilización, colocada. Acabado color blanco. (medidas a comprobar en obra antes de su fabricación).

01.02.04 UD TAQUILLA FENÓLICO

Taquilla para colgar ropa larga, de aprox. 40 cm de ancho, para vestuario, en tablero compacto de resina fenólica, balda interior y perchero. Color azul, gris o blanco.

A replantear en obra: 2 huecos de 4 mts en S Mental y e A Primaria en huecos de 160+180+100+200+160 cm

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MEDICO NUEVO CENTRO DE SALUD DE VILLAVA

SUBCAPÍTULO 01.03 MOBILIARIO A MEDIDA

01.03.01 UD ARMARIO ESTANTERÍA MODULAR DE 200 X 40 X 140 CM

Armario estantería modular en melamina de espesor mínimo 19 mm, de dimensiones aproximadas 200 cm. de ancho, 42 cm. de fondo y 140 cm. de alto, con puertas batientes ciegas en la parte inferior y estante intermedio, estantes en la parte superior, de espesores 30 mm. para sobrecarga o metálicos, con cerradura en las puertas, niveladores en las patas, y tiradores, acabados ídem. a los de las mesas y del mismo modelo y fabricante, incluso herrajes, montaje, provisto de todos los elementos necesarios para una correcta utilización, colocados enfrentados, para separación en zona de admisión. Diseño a determinar en el Centro.

01.03.02 UD ARMARIO ESTANTERIA MODULAR DE 300 X 40 X 200 CM

Armario estantería fabricado en melamina de 19 mm de espesor mínimo, de dimensiones aproximadas 280/300 cm, dividido en módulos, de aproximadamente 43 cm. de fondo y 197/200 cm. de alto, compuesto por módulos de puertas plenas en toda su altura, para papelería y ropero, estantes de 30 mm o metálicos para sobrecarga, cerradura en las puertas, niveladores en las patas, y tiradores en cada módulo, acabados ídem. a los de las mesas y del mismo modelo y fabricante, incluso herrajes, montaje, provisto de todos los elementos necesarios para una correcta utilización, módulo colocado. Diseño a determinar en obra según necesidades del Centro.

01.03.03 UD CASILLERO DOCUMENTOS DE PARED

Mueble fabricado en melamina de espesor mínimo de 19 mm, colgado en pared, formando de aprox. 30 departamentos para albergar correspondencia e historias clínicas para los facultativos, huecos con anchura útil 30 x 12 cms. y fondo 32 cm., compuesto por tableros intermedios, laterales y fondo, con acabados iguales a las mesas y armarios del proyecto, provisto de todos los elementos necesarios para una correcta utilización, con medidas totales aproximadas de 160(l) x 75(a) x 34(f) cms., amarrado a pared, acabado según croquis y previo replanteo en obra.

01.03.04 UD ARMARIO PARA ALBERGAR LLAVES

Armario para albergar las llaves de las consultas, y resto de dependencias del edificio, aprox. 40 llaves, con "escarpas" interiores metálicos, metálico lacado, o melamina a juego con resto de mobiliario, con puerta en el frente y cerradura, de unos 32x32x15 cm. colocado en pared y terminado.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MEDICO NUEVO CENTRO DE SALUD DE VILLAVA

LOTE II SILLA ERGONÓMICA

02.01 UD SILLA ERGONÓMICA CON BRAZOS

Silla ergonómica, regulable en altura mediante pistón a gas, según la Norma UNE EN 1335, giratoria 360 °, con apoyabrazos regulables tres dimensiones, respaldo con apoyo lumbar regulable, mecanismo syncro, multiposicional, asiento regulable en profundidad. Tapizados tipo Trevira CS o similar, ignífuga M1, comportamiento ante el fuego según normativa, resistente a la abrasión, para limpieza con espuma seca, con propiedades antibacterianas y antimanchas. Estructura metálica, base en aluminio gris plata, cinco apoyos, con ruedas giratorias de doble rodadura. Permitirá sustituir elementos constructivos, para reparación, colocada. Color a elegir en Centro.

02.02 UD SILLA ERGONÓMICA SIN BRAZOS

Silla ergonómica, regulable en altura mediante pistón a gas, según la Norma UNE EN 1335, giratoria 360 °, respaldo con apoyo lumbar regulable, mecanismo syncro, multiposicional, asiento regulable en profundidad. Tapizados tipo Trevira CS o similar, ignífuga M1, comportamiento ante el fuego según normativa, resistente a la abrasión, para limpieza con espuma seca, con propiedades antibacterianas y antimanchas. Estructura metálica, base en aluminio gris plata, con ruedas giratorias de doble rodadura. Permitirá sustituir elementos constructivos, para reparación, colocada. Color a elegir en Centro.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MEDICO NUEVO CENTRO DE SALUD DE VILLAVA

LOTE IV SILLA CONFIDENTE Y SALAS

03.01 UD SILLA DE CONFIDENTE SIN BRAZOS

Silla de confidente, sin brazos y cuatro patas de diámetro mínimo 15 mm (o sección equivalente desde el punto de vista de la resistencia), estructura metálica de tubo redondo continuo o similar, acabado pintura epoxi, asiento y respaldo en polipropileno o similar de espesor mínimo 4 mm, protector en la parte inferior del asiento, facilidad de limpieza, tacos embutidos en pata para apoyo, colores a elegir, colocada. Misma marca y acorde al resto del lote.

03.02 UD SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS

Silla de confidente, apilable, sin brazos y cuatro patas de diámetro mínimo 15 mm (o sección equivalente desde el punto de vista de la resistencia), estructura metálica de tubo redondo continuo o similar, acabado pintura epoxi, asiento y respaldo en polipropileno o similar de espesor mínimo 4 mm, protector en la parte inferior del asiento, facilidad de limpieza, tacos embutidos en pata para apoyo, color a elegir, colocada. Misma marca y acorde al resto del lote.

03.03 UD SILLA FIJA APILABLE CON BRAZOS

Silla de confidente, con brazos y cuatro patas de diámetro mínimo 15 mm (o sección equivalente desde el punto de vista de la resistencia), estructura metálica de tubo redondo continuo o similar, acabado pintura epoxi, asiento y respaldo en polipropileno o similar de espesor mínimo 4 mm, protector en la parte inferior del asiento, brazos en el mismo material y acabado que la estructura con una longitud mínima de apoyo de 20 cm y ancho 2 cm aprox, facilidad de limpieza, tacos embutidos en pata para apoyo, colores a elegir, colocada. Misma marca y acorde al resto del lote.

03.04 UD SILLA REUNIÓN CON BRAZOS

Silla reunión con brazos y cuatro patas de diámetro mínimo 15 mm (o sección equivalente desde el punto de vista de la resistencia), estructura metálica de tubo redondo continuo o similar, acabado pintura epoxi, asiento tapizado, ignifugo M-1 para limpieza con espuma seca, respaldo en polipropileno o similar de espesor mínimo 4 mm, protector en la parte inferior del asiento, facilidad de limpieza, tacos embutidos en pata para apoyo, color a elegir, colocada. Misma marca y acorde al resto del lote.

03.05 UD BANCO DE VESTUARIOS

Banco de vestuarios, asiento bajo, longitud aproximada 1 m, con aristas redondeadas, material y diseño acorde al uso de vestuarios, completo y colocado.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MEDICO NUEVO CENTRO DE SALUD DE VILLAVA

LOTE IV BANCADA SALA ESPERA

04.01 UD BANCADA DE DOS PLAZAS

Bancada con dos asientos individuales e incorporados, de líneas sencillas, de longitud aproximada 120 cm. ergonómica, con estructura metálica en acero, con pata de apoyo en los extremos y recubrimiento multicapa con pinturas de alta calidad, acabados en epoxi o similar, carcasa de asiento/respaldo polipropileno o similar de espesor mínimo 4 mm, equipada con todos sus accesorios, patas de diámetro mínimo 15 mm con tacos embutidos para apoyo, provista de todos los elementos necesarios para una correcta utilización, completa y montada, color a elegir.

04.02 UD BANCADA DE DOS PLAZAS CON MESA AUXILIAR

Bancada con dos asientos individuales e incorporados más mesa, de líneas sencillas, de longitud aproximada 180 cm. ergonómica, con estructura metálica en acero, con pata de apoyo en los extremos y recubrimiento multicapa con pinturas de alta calidad, acabados en epoxi o similar, carcasa de asiento/respaldo polipropileno o similar de espesor mínimo 4 mm, equipada con todos sus accesorios, patas de diámetro mínimo 15 mm con tacos embutidos para apoyo, provista de todos los elementos necesarios para una correcta utilización, completa y montada, color a elegir.

04.03 UD BANCADA DE TRES PLAZAS

Bancada con tres asientos individuales e incorporados, de líneas sencillas, de longitud aproximada 180 cm. ergonómica, con estructura metálica en acero, con pata de apoyo en los extremos y recubrimiento multicapa con pinturas de alta calidad, acabados en epoxi o similar, carcasa de asiento/respaldo polipropileno o similar de espesor mínimo 4 mm, equipada con todos sus accesorios, patas de diámetro mínimo 15 mm con tacos embutidos para apoyo, provista de todos los elementos necesarios para una correcta utilización, completa y montada, color a elegir.

04.04 UD BANCADA DE CUATRO PLAZAS

Bancada con cuatro asientos individuales e incorporados, de líneas sencillas, de longitud aproximada 220 cm. ergonómica, con estructura metálica en acero, con pata de apoyo en los extremos y recubrimiento multicapa con pinturas de alta calidad, acabados en epoxi o similar, carcasa de asiento/respaldo polipropileno o similar de espesor mínimo 4 mm, equipada con todos sus accesorios, patas de diámetro mínimo 15 mm con tacos embutidos para apoyo, provista de todos los elementos necesarios para una correcta utilización, completa y montada, color a elegir en estructura y carcasa.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MEDICO NUEVO CENTRO DE SALUD DE VILLAVA

LOTE V MOBILIARIO CLÍNICO

05.01 UD CUBO CON TAPA A PEDAL 20 LTS

Cubo de pedal clínico, de 20 lts. de capacidad, diámetro y altura aproximada 29 y 44 cm., en acero inoxidable, de calidad 18/8 con recipiente interior de plástico, con tapa abatible de acero inoxidable, y pedal de apertura y cierre colocado.

05.02 UD TABURETE CON BASE Y SOPORTE

Taburete giratorio con base y soporte en aluminio o pvc, estructura metálica en acero cromado, cinco patas y cinco juegos de ruedas giratorias dobles, con regulación de altura del asiento a base de pistón a gas, acabado en espuma de alta densidad tapizado en skay, completo y colocado.

05.03 UD TABURETE CON RESPALDO, BASE Y SOPORTE

Taburete alto giratorio con base y soporte en aluminio o pvc, estructura metálica en acero cromado, con respaldo, y cinco juegos de ruedas giratorias dobles, con regulación de altura del asiento a base de pistón a gas, acabado en espuma de alta densidad tapizado en skay, completo y colocado.

05.04 UD TABURETE ALTO CON RESPALDO

Taburete alto giratorio con base y soporte en aluminio o pvc, estructura metálica en acero cromado, altura aproximada 80 cm, y cinco juegos de ruedas giratorias dobles, con regulación de altura del asiento a base de pistón a gas, acabado en espuma de alta densidad tapizado en skay, con respaldo bajo en el mismo material, completo y colocado.

05.05 UD BANQUILLO DE UN PELDAÑO

Banquillo de un peldaño, de medidas de aprox. 420 x 300 mm, con soportes en acero cromado, peldaño de goma antideslizante y con cantos cromados, colocado.

05.06 UD SOPORTE DE SUEROS

Soporte de sueros o gotero, con estructura de acero cromado, con dos colgadores, cinco patas, con ruedas giratorias dobles, regulable en altura de 110 a 195 cms., colocado.

05.07 UD MESA-CARRO AUXILIAR EN ACERO INOXIDABLE

Mesa - carro auxiliar, construido en acero inoxidable AISI-304, con cuatro patas y cuatro ruedas antiestáticas giratorias de diámetro 75 mm, con dos bandejas de medidas aprox. 600 x 460 mm, y altura 860 mm, y de peso aprox. 8 kgr, colocado. medidas aprox.

05.08 UD CARRO DE CURAS Y URGENCIAS

Carro multifuncional de curas y urgencias, estructura de aluminio y paneles con revestimiento plastificado, plano superior en ABS, protección antigolpes en poliuretano, de aprox. 620 x 480 mm, con cuatro ruedas giratorias, dos con freno, cinco cajones superiores con separadores en metacrilato, guías telescópicas autocierre, bandeja superior e inferior, empujador lateral, con soporte de botella de oxígeno y "tabla de masaje", altura aprox. 960 mm, con base de enchufes eléctricos y alargadera, con todos los elementos necesarios para un correcto uso, colocado.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MEDICO NUEVO CENTRO DE SALUD DE VILLAVA

05.09 UD LAMPARA LUPA CON RUEDAS

Lámpara lupa con ruedas para visualizar heridas, estructura de acero cromado, equipada con luz fluorescente circular de 22 W y foco orientable en todas las direcciones y graduable en altura, lupa de 5 dioptrías, peana pvc o aluminio con cinco ruedas diámetro 50 mm, para su traslado, de 1ª calidad.

05.10 UD BÁSCULA MÉDICA DIGITAL

Báscula médica metálica electrónica para peso hasta 200 Kg. mínimo, plataforma baja y amplia, acabada con revestimiento antideslizante, mecanismo de regulación, interruptor de tara a 0 e interruptor de encendido, incluso transformador y conexión a la red eléctrica, con tallímetro, con todos los elementos necesarios para un correcto uso, colocada.

05.11 UD SILLA DE RUEDAS PLEGABLE

Silla de ruedas plegable, con apoyabrazos desmontables, anchura útil asiento aproximada 44 cm, posapiés regulables en altura, estructura de acero cromado, con ruedas macizas, tapicería en skay lavable, colocada.

05.12 UD BÁSCULA ELECTRÓNICA PESA-BEBÉS

Báscula electrónica pesa-bebés, de lectura digital, en color blanco, equipada de todos sus accesorios para su perfecto funcionamiento, colocada.

05.13 UD TALLÍMETRO PARA BEBÉS

Tallímetro para bebés, en aluminio anodizado, con regla graduada en mm. hasta 1,20 mts, con todos sus mecanismos de medida para un correcto uso, colocado.

05.14 UD OPTOTIPO DE LETRAS Y SIMBOLOS

Optotipo con letras y símbolos, para explorar la agudeza visual, con papel-cartón reflectante con marco lacado y bastidor soporte, colocados, incluso material auxiliar.

05.15 UD OPTOTIPO DE LETRAS Y SIMBOLOS LUMINOSO INFANTIL

Optotipo luminoso con luces de Worth, con caja de plancha de acero esmaltada al horno en color gris perla, de medidas aproximadas 45*38*11 cm, con frontales superior e inferior en plancha de acero inoxidable, con interruptores parciales y general, e inscripciones de figuras de animación, provisto de todos los elementos para una correcta utilización, especial para pediatría, incluso colocación en pared y conexión a la red general.

05.16 UD COLCHONETA DE GOMA ESPUMA

Colchoneta de goma espuma, forradas con funda súper resistente y lavable, con orificios laterales en un extremo para almacenamiento, dimensiones aprox. 200 x 100 x 2 cm, siendo admisibles con accesorios para almacenamiento, completa y colocada. **En este caso, se entiende por aproximado unas medidas entre 180 y 205 cm de largo, entre 80 y 105 cm de ancho y entre 1,5 y 3 cm de grosor.**

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MEDICO NUEVO CENTRO DE SALUD DE VILLAVA

LOTE VI CAMILLA ELÉCTRICA

06.01 UD CAMILLA ELÉCTRICA

Mesa de reconocimiento de altura regulable, eléctrica, para consulta, nueva y completa (motor, cableado..), de dos cuerpos, de dimensiones aproximadas 190 cm, +/- 5 cm aprox., de largo, y ancho 70 cm aprox., con un mínimo de altura de 47 cm y un máximo de 94 cm., mando de pie, con estructura metálica consistente y estable, provista de cuatro patas, ruedas escamoteables mediante pedal (retráctiles con frenado); con cabezal abatible a +70°, pistón a gas para elevación, colchoneta de espuma de poliuretano, goma espuma de alta densidad o similar, de aprox. 5 cm, + 3 y -1 cm aprox., grado de firmeza II-medio, revestido de materiales vinílicos, polipiel lavable, ignífugo M2, o similar, con soporte para bobinas de papel, preparada para adaptar otros accesorios como barandillas abatibles, reposabrazos, apoya pies extensible, con todos los elementos necesarios para una correcta utilización, capacidad de carga mínima 130 Kg, Marcado CE, color tapizado a elegir, completa y montada.