

Expte. nº: IBE025-2026

CONTRATO DE SUMINISTRO

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO

1.1 Definición y reserva:

a) Definición: suministro de 9 lámparas quirúrgicas para el HUN.

Lote	Equipo	Uds.	Centro	Destino	CPV
1	Lámparas quirúrgicas	6	HUN	3	Servicio de Obstetricia y Ginecología (Quirófanos)
				2	Servicio de Cirugía Plástica (Quirófano menor)
				1	Unidad de Enfermería de RT, RF Y MN (Quirófano)
2	Lámparas quirúrgicas	3	HUN	Servicio de Obstetricia y Ginecología (Paritorios)	31524110-9

b) Reserva del artículo 36:

SI:

A Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro

A Centros Especiales de Empleo de iniciativa social

A Empresas de Inserción

NO:

1.2 Lote 1 y 2-Código CPV: 31524110-9 "Lámparas de quirófano".

1.3 División por lotes: SI: NO:

1.4 Admisibilidad de variantes: SI: NO:

1.5 Admisibilidad de oferta integradora: SI: NO:

2. PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN, PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y VALOR ESTIMADO

2.1 Precio máximo de licitación:

- Lote 1: 89.000,00 € (IVA excluido).

- Lote 2: 35.000,00 € (IVA excluido)

2.2 Presupuesto del contrato:

- Lote 1: 107.690,00 € (IVA incluido).

- Lote2: 42.350,00 € (IVA incluido).

2.2.1 Financiación con fondos externos: SI: NO:

2.3 Valor estimado:

- Lote 1: 89.000,00 € (IVA excluido).

- Lote 2: 35.000,00 € (IVA excluido)

2.4 Prestación exenta de IVA: SI: NO:

3. DURACIÓN/PLAZO DE EJECUCIÓN

3.1 Plazo de duración/ejecución:

El suministro, montaje e instalación del equipamiento, que correrán a cargo del adjudicatario, se realizará en el plazo máximo de DOS meses desde la formalización del contrato. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado a satisfacción de la Administración la totalidad de su objeto de acuerdo con lo establecido en este Pliego Regulator. Para la constatación de este cumplimiento, la Administración realizará un acto formal y positivo de recepción o conformidad en el plazo máximo de quince días desde la finalización del montaje del equipamiento.

Plazos parciales: SI: NO:

3.2 Prórroga: SI: NO:

4. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA

4.1 Órgano de contratación: Director Gerente del SNS-O.

4.2 Unidad gestora:

Órgano: Sección de Aprovisionamiento y SSGG (seraprov@navarra.es)

Teléfono: 848428162 / 848428212.

5. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Requisitos adicionales: SI: NO:

6. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL

6.1 Solvencia económica y financiera:

a) Requisitos de solvencia económica y financiera:

Un volumen global de negocios, como mínimo, igual al importe máximo de licitación (IVA excluido), de cada uno de los lotes, establecido en la cláusula segunda del presente Cuadro de Características para cada uno de los tres últimos ejercicios disponibles (2023 a 2025), en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del licitador, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

b) Medios de acreditación de la solvencia económica y financiera:

Se acreditará mediante una declaración responsable firmada por el representante legal de la empresa.

6.2 Solvencia técnica o profesional:

a) Requisitos de solvencia técnica o profesional:

Suministros de lámparas de quirófano y/o elementos suspendidos de quirófano efectuados durante los tres últimos años (2023 a 2025) que deberán sumar, en el total de los tres años, una cantidad como mínimo igual al importe máximo de licitación (IVA excluido) establecido en la Cláusula Segunda del presente Cuadro de Características, para cada lote.

b) Medios de acreditación de la solvencia técnica o profesional:

Se acreditará mediante la presentación de una relación de los principales suministros de lámparas de quirófano y/o elementos suspendidos de quirófano efectuados durante los tres últimos años (2023 a 2025), indicándose su importe (especificando si incluye o no el IVA correspondiente), fecha y destinatario público o privado.

Esta relación de suministros deberá estar avalada por certificado/s firmado/s por cliente/s o por cualquier prueba admisible en Derecho, donde se indique el objeto de suministro, su importe (especificando si incluye o no el IVA correspondiente) y año. El número de certificados será el necesario como para justificar lo indicado anteriormente.

7. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

- 7.1 Dirección para acceder a la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra: www.contrataciones.navarra.es.
- 7.2 Plazo de presentación de proposiciones: TREINTA DÍAS NATURALES, contados a partir de la fecha de envío del anuncio al DOUE.
- 7.3 Plazo de vigencia de las ofertas: 1 mes desde la apertura de la proposición económica.

8. FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

- 8.1 Detalle del contenido del Sobre A “Documentación Administrativa”: la indicada en la cláusula 8 del Pliego Regulador.
- 8.2 Detalle del contenido del Sobre BC “Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas”:
 - a) Documento Europeo Único de Contratación: según el anexo correspondiente.
 - b) Resumen de la oferta: deberá incluirse en este sobre el anexo correspondiente debidamente cumplimentado, en el que se refleje el modelo de los equipos, accesorios y softwares ofertados.
 - c) Índice que indique la documentación y apartados con carácter confidencial.
 - d) Toda la documentación relativa a las prescripciones técnicas y a los criterios sometidos a juicio de valor del equipamiento médico ofertado establecidos en el apartado 10 del presente cuadro de características. Entre esta documentación deberá figurar como mínimo un documento de memoria técnica donde se detalle el contenido de su oferta.
 - e) Para la comprobación de las prescripciones técnicas y la valoración de los criterios automáticos, deberán incluirse tanto la ficha técnica oficial como el manual completo oficial, emitidos por el fabricante.
 - f) Documentación CE completa y vigente del equipamiento ofertado, conforme a lo establecido en el anexo de características mínimas. Esta documentación debe incluir, para productos sanitarios de clases IIa, IIb y III, tanto el certificado del Organismo Notificado como la declaración UE de conformidad del fabricante. Para productos sanitarios de clase I se deberá incluir la declaración UE de conformidad del fabricante.
 - g) Plazo de garantía ofertado: el plazo de garantía de cada equipamiento incluido en la oferta, incluidos sus sistemas adicionales, componentes, accesorios, etc., será el indicado en el apartado 21 del Pliego Regulador y se redactará de acuerdo con el modelo presente en el anexo correspondiente. Cualquier otro periodo de garantía, referido exclusivamente al número de años, que no sea el incluido en el anexo correspondiente no será tenido en cuenta.
 - h) La proposición económica se redactará de acuerdo con el modelo presente en el anexo correspondiente. La oferta económica no podrá ser superior al importe máximo establecido en la cláusula 2 del presente Cuadro de Características. Se entenderá que el precio ofertado no tiene incluido el IVA. Además, ha de indicarse el tipo de IVA aplicable al equipamiento ofertado. Cualquier otra referencia al precio o proposición económica que no sea la incluida en el anexo correspondiente no será tenida en cuenta.
 - i) Criterios sociales: en caso de que se desee adquirir dicho compromiso, se deberá rellenar el anexo correspondiente.

9. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y FORMA DE TRAMITACIÓN

9.1 Procedimiento de adjudicación: Abierto.

9.2 Forma de tramitación: Anticipada: Ordinaria:

10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

10.1 Detalle de los criterios:

Para la adjudicación se tendrán en cuenta las siguientes determinaciones:

<u>Lote 1</u>	<u>Valoración Máxima</u>
Criterios técnicos automáticos	42 puntos
Proposición económica	18 puntos
Garantía	30 puntos
Criterios sociales	10 puntos
TOTAL	100 puntos

<u>Lote 2</u>	<u>Valoración Máxima</u>
Criterios técnicos automáticos	20 puntos
Proposición económica	40 puntos
Garantía	30 puntos
Criterios sociales	10 puntos
TOTAL	100 puntos

CRITERIOS TÉCNICOS AUTOMÁTICOS:

La puntuación de los criterios automáticos se repartirá de la siguiente manera:

Lote 1: Lámparas de quirófano	42 puntos
Controles de la lámpara integrados en cualquier parte de la cúpula, o brazo de la lámpara, y en la pared. (Sí/No)	2 puntos
Amplitud del campo regulable mediante el uso de la empuñadura estéril. (Sí/No)	4 puntos
Intensidad lumínica regulable mediante empuñadura estéril. (Sí/No)	4 puntos
Temperatura de la luz ajustable, por el personal asistencial, durante el procedimiento quirúrgico. (Sí/No)	2 puntos
Mayor rango de tamaño de campo variable, medido a 1 m (Regla de 3 directa, se tomarán como límites el mínimo y el máximo rango ofertados de forma que el de menor rango obtendrá 0 puntos y el de mayor 2)	2 puntos
Mayor duración de la vida media de los LEDs, por encima del mínimo, hasta 100.000 horas. (Regla de 3 directa, se tomarán como límites el mínimo fijado en el Anexo V de Características Mínimas y el máximo 100.000 horas)	10 puntos
Asas integradas en el contorno de la cúpula. (Sí/No)	4 puntos
Mayor índice de reproducción cromática, por encima del mínimo, hasta Ra=99. (Regla de 3 directa, se tomarán como límites el mínimo fijado en el Anexo V de Características Mínimas y el máximo de Ra=99)	10 puntos
Sistema de reducción activo de sombras mediante cámaras o sensores integrados. (Sí/No)	3 puntos
Modo de iluminación específico para endoscopias. (Sí/No)	1 punto

Lote 2: Lámparas de quirófano	20 puntos
Controles de la lámpara integrados en cualquier parte de la cúpula, o brazo de la lámpara, y en la pared. (Sí/No)	1 punto
Amplitud del campo regulable mediante el uso de la empuñadura estéril. (Sí/No)	2 puntos
Intensidad lumínica regulable mediante empuñadura estéril. (Sí/No)	2 puntos
Temperatura de la luz ajustable, por el personal asistencial, durante el procedimiento quirúrgico. (Sí/No)	1 punto
Mayor rango de tamaño de campo variable, medido a 1 m (Regla de 3 directa, se tomarán como límites el mínimo y el máximo rango ofertados de forma que el de menor rango obtendrá 0 puntos y el de mayor 2)	1 punto
Mayor duración de la vida media de los LEDs, por encima del mínimo, hasta 100.000 horas. (Regla de 3 directa, se tomarán como límites el mínimo fijado en el Anexo V de Características Mínimas y el máximo 100.000 horas)	5 puntos
Asas integradas en el contorno de la cúpula. (Sí/No)	2 puntos
Mayor índice de reproducción cromática, por encima del mínimo, hasta Ra=99. (Regla de 3 directa, se tomarán como límites el mínimo fijado en el Anexo V de Características Mínimas y el máximo de Ra=99)	5 puntos
Sistema de reducción activo de sombras mediante cámaras o sensores integrados. (Sí/No)	1 punto

PROPOSICION ECONOMICA:

La proposición económica se valorará de la siguiente manera:

$$V_i = \frac{B_i}{\text{Max}(B_s, B_{max})} \times V_{max}$$

Donde:

Vi: Puntuación o valoración otorgada a cada oferta.

Bi: Baja correspondiente a cada oferta (i).

Max(Bs, Bmax): Representa el valor máximo de entre los dos indicadores.

Bs: Baja significativa. Representa el umbral a partir del cual una oferta podría considerarse anormalmente baja.

Bmax: Baja máxima admitida de entre las presentadas a la licitación.

Vmax: Puntuación máxima a otorgar por el criterio precio.

GARANTÍA:

Los plazos de garantía ofertados se valorarán de acuerdo a la siguiente tabla:

Años de garantía	Puntos
Dos	0
Tres	10
Cuatro	20
Cinco	30

Se considerará dentro de la garantía en el periodo ofertado el mantenimiento preventivo, correctivo y piezas, además de la actualización del software, en su caso. Solo se aceptarán periodos anuales completos.

Además, han de cumplirse los siguientes puntos:

1. La sustitución del equipo cuando presenta fallos o defectos graves (materiales y funcionamiento).
2. Entrega del horario del servicio técnico de lunes a viernes/vacaciones. Dicha información será entregada por el adjudicatario a la vez que se realice la entrega del equipo ofertado.

3. Entrega de una lista con la ubicación de los Servicios Técnicos para el equipo adjudicatario: dirección, número de teléfono y número de técnicos. Dicha información será entregada por el adjudicatario a la vez que se realice la entrega del equipo ofertado.
4. Tiempo de respuesta, presencia física del técnico en un plazo máximo de 24 horas.
5. Resolución de tiempo de la avería en un plazo máximo de 72 horas, lo cual será verificado por el servicio, siempre que no requiera de la sustitución completa del equipo.

CRITERIO SOCIAL:

Se otorgarán 10 puntos a los licitadores que se comprometan a contratar la retirada y transporte de embalajes y desechos (Gestión de residuos generados por el suministro), a través de Centros especiales de empleo sin ánimo de lucro o Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o Empresas de Inserción, reconocidos por cualquier Administración Pública.

Se deberá presentar la declaración del compromiso firmada por el licitador, según el anexo correspondiente. En el acta de entrega oficial del equipamiento se dejará constancia de dicha circunstancia, así como de dicha justificación (factura o declaración responsable del CEE donde se certifique este hecho), como acreditación de su ejecución.

10.2 Puntuación mínima por debajo de la cual se excluye la oferta:

SI: NO:

10.3 Criterios para considerar una oferta anormalmente baja:

Por referencia al precio máximo de licitación.

- Lote 1: Porcentaje: superior al 30 %
- Lote 2: Porcentaje: superior al 60 %

Por referencia al resto de ofertas presentadas. Relación:

11. MESA DE CONTRATACIÓN

SI: NO:

MIEMBROS DE LA MESA DE CONTRATACIÓN:

Presidente:

- Titular: Sara Lizarbe Sancha, Jefa de la Sección de Aprovisionamiento y SSGG.
- Suplente: Iñigo Ascunce Echavarren, Subdirector de Aprovisionamiento, Infraestructuras y Servicios Generales del SNS-O.

Vocales:

- Titular: Mendía Echeverría Arteta, Interventora delegada en el Departamento de Salud.
- Suplente: Marta Paternain Remón, Interventora Delegada en el Departamento de Salud.

- Titular: Carmen Sánchez Albardíaz, Ingeniera Biomédica de la Sección de Aprovisionamiento y SSGG.
- Suplente: Laura de Miguel Larequi, Ingeniera Biomédica de la Sección de Aprovisionamiento y SSGG.

- Titular: José Manuel Alves Freire, Ingeniero Biomédico de la Sección de Aprovisionamiento y SSGG.
- Suplente: Oihane Mayo Ijorra, Ingeniera Biomédica de la Sección de Aprovisionamiento y SSGG.

Vocal Secretario/a:

- Titular: Iris Ecay Jaurrieta, Técnico de Administración Pública, Rama Jurídica, del Servicio de Régimen Jurídico SNS-O.
- Suplente 1: Maria de la O Idoate Saralegui, Técnica de Administración Pública, Rama Jurídica, del Servicio de Régimen Jurídico SNS-O.
- Suplente 2: Mónica Monreal Cía, Técnica de Administración Pública, Rama Jurídica, del Servicio de Régimen Jurídico SNS-O.

12. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

Se realizará en acto interno por parte de la Mesa de Contratación.

13. DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN

Además de la indicada en la cláusula 13 del Pliego Regulador:

- Deberá incluirse el manual de mantenimiento del equipamiento ofertado, emitido por el fabricante.
- Se deberá de entregar el desglose del precio por cada elemento incluido en la oferta.
- En caso de no haberse incluido en la oferta, deberá aportarse el manual de usuario completo del equipamiento ofertado, emitido por el fabricante.

14. ADJUDICACIÓN

Plazo máximo de adjudicación: UN MES desde el acto de apertura de la oferta económica.

15. DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA FORMALIZACIÓN ADEMÁS DE LA INDICADA EN LA CLÁUSULA 15 DEL PLIEGO REGULADOR

15.1 Garantía definitiva:

SI: Porcentaje: 4% del importe de adjudicación (IVA excluido).
NO:

15.2 Otros documentos:

En caso de que la ejecución del contrato implique la comunicación de datos personales por parte del SNS-O a la contratista, será obligación del contratista presentar una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. Asimismo, deberá indicar si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos y el nombre del subcontratista, que deberá reunir las condiciones de solvencia necesarias para la ejecución de esta parte del contrato.

16. FORMALIZACIÓN

Plazo: 7 días desde la finalización del plazo de suspensión de la Adjudicación.

17. EJECUCIÓN

17.1 Condiciones generales de ejecución:

SI: NO:

17.2 Condiciones especiales de ejecución:

En cumplimiento del apartado 3 del artículo 66 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el contratista deberá someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Por lo tanto, será obligación del contratista presentar, antes de la formalización del contrato, la documentación correspondiente, indicada en el apartado 15.2 del presente Cuadro de Características. Además, deberá comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato, relativo a dicha documentación. Esta condición especial de ejecución tiene carácter esencial.

El adjudicatario deberá realizar la recogida, recuperación o reutilización de los envases o embalajes y, si fuera el caso, la recogida y reciclado de los desechos o de los productos.

En el acta de entrega oficial del equipamiento se dejará constancia de dicha circunstancia, así como de la justificación como acreditación de su ejecución que, en cualquier caso, incluirá la comunicación a la Unidad Gestora del contrato del momento en que se va a producir esa recogida, recuperación, reciclado o reutilización.

17.3 Abono del precio del contrato:

El contratista tendrá derecho al abono del precio del suministro efectivamente entregado e instalado y formalmente recibido por la Administración, con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato.

El abono del importe del suministro se efectuará por el adquirente, previa presentación de la correspondiente factura, a través del Departamento de Hacienda y Política Financiera mediante transferencia bancaria a la cuenta del adjudicatario.

Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará su subsanación sin que empiece a computarse el plazo a que se refiere el artículo 155.1 de la LFCP hasta su corrección.

17.4 Revisión de precios: SI: NO:

17.5 Penalidades:

Las establecidas en la cláusula 17.5.2 del Pliego Regulador.

Las Sanciones por incumplimiento de plazos son las presentes en la cláusula 17.5.3 del Pliego Regulador.

17.6 Ficheros de datos a usar por el adjudicatario: SI: NO:

18. MODIFICACIÓN

18.1 Modificación por causas específicas (art. 114.3.b LFCP): SI: NO:

18.2 Posibilidad de aumento de unidades a suministrar (art. 144.1 LFCP): SI: NO:

19. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN

19.1 Admisión de la subcontratación de prestaciones accesorias: SI: NO:

19.2 Obligación de subcontratación con empresas del artículo 36: SI: NO:

19.3 Admisión de la cesión: SI: NO:

20. CAUSAS DE RESOLUCIÓN E INVALIDEZ

Causas específicas: SI: NO:

21. PLAZO DE GARANTÍA

SI: NO:

Duración: mínima de DOS años. Se considerará dentro de la garantía el mantenimiento preventivo, correctivo, piezas y actualizaciones de software, en su caso.

22. TRANSPARENCIA

En caso de que alguna de las funciones, aplicaciones y/o programas informáticos ofertados por los licitadores requiera el uso de datos o imágenes proporcionados por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, dichos datos deberán ser utilizados exclusivamente para fines relacionados con el soporte al diagnóstico clínico, la prevención o tratamiento de enfermedades, así como para el control de calidad y mantenimiento del sistema. Queda expresamente prohibido cualquier otro uso sin la autorización previa y expresa de la Unidad Gestora.

RELACIÓN DE ANEXOS:

- ANEXO I.A: hoja resumen de los datos del licitador a efectos de notificación.
- ANEXO I.B: declaración de sometimiento a los juzgados y tribunales españoles.
- ANEXO I.C: declaración de participación conjunta.
- ANEXO II.A: instrucciones para cumplimentar el DEUC.
- ANEXO II.B: instrucciones para constituir la garantía definitiva.
- ANEXO III – Lote 1: proposición económica, años de garantía ofertados y declaración responsable del cumplimiento de medidas de carácter social.
- ANEXO III – Lote 2: proposición económica, años de garantía ofertados y declaración responsable del cumplimiento de medidas de carácter social.
- ANEXO IV – Lote 1: resumen de la oferta.
- ANEXO IV – Lote 2: resumen de la oferta.
- ANEXO V: características mínimas.
- Plano 1 (ELO 323,325 y 329).
- Plano 2 (ELO 028).
- Plano 3 (ELO 080).
- Plano 4 (ELO 358,359 y 360).