

En Pamplona, a 16 de agosto de 2019,

Mediante la presente, se extiende la siguiente aclaración:

1. Pregunta: Respecto al lote 6, el ultimo ítem subrayado en amarillo, ¿se refiere a los tapones encapsulados magnéticos para viales de 20mm de headspace?

FU216	TARGET MICRO-SERTS FLAT BOTTOM, 400 µL (1)	500	Uds.	3
FU217	Target polyspring inserts 200 μl (usable hasta 300 μl) ⁽¹⁾	100	Uds.	18
FU276	Blue screw cap (9-425) with bonded silicone/Red PTFE Pre-Slit ⁽¹⁾	100	Uds.	25
FU258	20 mm Assem Septum & Presure RLS Seal	100	Uds.	3

Respuesta: El ITEM citado se refiere al tapón de aluminio plateado de encapsulado, para espacio para cabeza, septa de PTFE marrón/silicona blanca, 20 mm.

2. Pregunta: En el lote 2º "Reactivos", se solicita el producto N,N-dimethyl formamide (Grado HPLC) en formato de 1 Kg? Ya que este reactivo habitualmente se suministra en forma líquido.

Respuesta: Efectivamente, se trata de un error, no siendo "kg", sino litro.